

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

021078_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|--|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | Águas do Paraíba - Saneamento | | | | |
| Endereço: | Avenida Dr. José Alves De Azevedo, 233 | | | | |
| Cidade: | Campos dos Goytacazes | Estado: | RJ | CEP: | 28030-002 |
| Contratante: | Águas do Paraíba - Saneamento | | | | |

2. Dados do Objeto

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Objeto: | Pipeta Graduada 10 mL | Capacidade: | 10 mL |
| Fabricante: | Roni-Alzi | Nº de Série: | Y-4636 |
| Classe: | A | Identificação: | Não especificado |

3. Condições Ambientais

| | |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura Ambiente: | 20 ± 0,3 °C |
| Umidade Relativa Ambiente: | 59,8 ± 2,2 %ur |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Pressão Barométrica: | 931,65 ± 0,7 %ur |
| Massa Específica da Água: | 0,9982 g/ml |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Caio Gomes | Data da Calibração: | 27/03/2023 |
| Signatário Autorizado: | Renato Rainho | Data da Emissão: | 27/03/2023 |
| Local da Calibração: | Laboratório de Calibração ER Analítica | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Orgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| H001A03TE | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-25484-21-R0 | 04/08/2021 | 04/08/2023 |
| H001A03TH | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-25484-21-R0 | 04/08/2021 | 04/08/2023 |
| H001A03BA | Barômetro Digital | Visomes | LV02172-25004-21-R0 | 28/07/2021 | 28/07/2023 |
| K001A01BA | Balança Semi-Analítica | ER Analítica | 017911_01 | 25/08/2022 | 25/08/2023 |
| H004A03TE | Termometro Digital | Fluke | LV02172-05798-22-R1 | 29/04/2022 | 29/04/2024 |



Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

021078_01

6. Resultados da Calibração

| (VR) Valor de Referência (mL) | (VMO) Valor Médio do Objeto (mL) | (T) Tendência VMO - VR (mL) | (U) Incerteza Expandida (mL) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1,00 | 1,03 | 0,03 | 0,01 | 2,00 | Infinito |
| 5,00 | 5,01 | 0,01 | 0,02 | 2,00 | Infinito |
| 10,00 | 10,02 | 0,02 | 0,03 | 2,00 | Infinito |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Procedimento de Calibração PR-27 pelo método gravimétrico.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 10 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre.

9. Observações

Nenhum.

10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.