

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

013375_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	ER Analítica Ltda - EPP				
Endereço:	Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí				
Cidade:	Várzea Paulista	Estado:	SP	Cep:	13224-250
Contratante:	ER Analítica Ltda - EPP				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Balança Analítica	Capacidade:	0,001 - 220 g
Modelo:	EX225DBR	Nº de Série:	C110297374
Fabricante:	Ohaus	Identificação:	J001A01BA

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
21,45 ± 0,8 °C

Umidade Relativa (%ur)
44,95 ± 7,5 % ur

Pressão Atmosférica (hPa)
937,8 ± 0,3 hPa

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Wellington Barbosa	Data da Calibração:	03/08/2021
Responsável Técnico:	Renato Rainho	Data da Emissão:	03/08/2021
Local da Calibração:	Laboratório de Calibração ER Analítica		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
J001A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-09593-21-R0	25/05/2021	23/03/2023
I001A01JM	Conjunto de Pesos Padrão	Padrão Balanças	MA 010_02_20	06/02/2020	05/02/2022



Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

013375_01

6. Resultados da Excentricidade

Pontos	1	2	3	4	5
Valor (g)	-0,00001	-0,00010	-0,00007	-0,00003	-0,00010

Valor de Referência (g)	100,00000
Desvio Máximo Encontrado (g)	-0,00001

7. Resultados da Repetibilidade

Valor de Referência (g)	200,00000
---------------------------	-----------

Número de Leituras	Valor (g)
1	200,00030
2	200,00030
3	200,00040
4	200,00030
5	200,00030

Desvio Padrão	0,0000447214
---------------	--------------

8. Resultados da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
1,00000	1,00002	0,00002	0,00002	2,00	Infinito
10,00000	10,00002	0,00002	0,00003	2,00	Infinito
20,00000	19,99996	-0,00004	0,00007	2,00	Infinito
50,00000	49,99983	-0,00017	0,00013	2,00	Infinito
100,00000	99,99984	-0,00016	0,00024	2,00	Infinito
200,00000	200,00001	0,00001	0,00006	2,00	Infinito





ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250



Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

013375_01

9. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme procedimento PR-14 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

10. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 - Os valores acima informados estão arredondados para o número de casas decimais referente a resolução do equipamento.
- 4 - O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.
- 5 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 6 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 7 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida

11. Observações

Equipamento novo.

12. Responsável Técnico

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.