



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - Cep: 13224-250

Certificado de Calibração

Número: 012840_02

Identificação do Cliente

Cliente: Águas do Paraíba - Saneamento 480
Endereço: Avenida Dr. José Alves De Azevedo, 233
Cidade: Campos Dos Goytacazes **Estado:** RJ **Cep:** 28030-002
Interessado: O mesmo

Identificação do Material

Material: Medidor Multiparametro **Identificação:** Não Especificado
Capacidade: 1 a 14 pH/0,01µS/cm a 200,0ms/cm 0,1-20,0mg/l OI **Número de Série:** 181200010936
Marca: Hach
Modelo: HQ40D

Condições da Calibração

Data da Calibração: 01/07/2021 **Data da emissão:** 01/07/2021
Temperatura Ambiente: 23,0 °C **Número de O.S.:** 012840_02
Umidade Relativa: 46,0 % **Técnico Executor:** Ygor Padovan
Temp. da Calibração: 23,0 °C
Local da Calibração: Laboratório - Controle de Qualidade

Rastreabilidade dos Padrões

Cód.Padrão	Instrumento	Nº Certificado	Calibrado por	Validade
J001A03OD	Padrão de Oxigênio Dissolvido	110259	QHEMIS	jan/22
G002A03TH	Termohigrômetro Digital	LV02172-36533-20-R0	Visomes	out/22

Procedimento de Calibração: IC-24 - Rev.01 - Instrução de Calibração para Medidores Multiparametros

Observação: Nenhuma.

- 1- A Incerteza Expandida relatada é baseada em uma Incerteza Combinada multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.
2- É proibida a reprodução parcial deste certificado.
3- Este certificado se refere-se exclusivamente ao material ensaiado.

E-mail: vendas@eranalitica.com.br / Fone: (11) 4606-7200 / eranalitica.com.br



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - Cep: 13224-250

Certificado de Calibração

Número: 012840_02

Resultados da Calibração Antes do Ajuste

Canal	Ponto	Valor Nominal do Ponto	Unidade	Valor Verdadeiro	Valor Médio das Leituras	Erro	Incerteza Expandida	k
1	1	0,10	mg/l	0,10	0,19	0,09	0,10	2,00

1- A Incerteza Expandida relatada é baseada em uma Incerteza Combinada multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.

2- É proibida a reprodução parcial deste certificado.

3- Este certificado se refere-se exclusivamente ao material ensaiado.

E-mail: vendas@eranalitica.com.br / Fone: (11) 4606-7200 / eranalitica.com.br

Certificado de Calibração

Número: 012840_02

Resultados da Calibração Depois do Ajuste

Canal	Ponto	Valor Nominal do Ponto	Unidade	Valor Verdadeiro	Valor Médio das Leituras	Erro	Incerteza Expandida	k
1	1	0,10	mg/l	0,10	0,12	0,02	0,10	2,00

Responsável Técnico:

Renato Ferreira Rainho

1- A Incerteza Expandida relatada é baseada em uma Incerteza Combinada multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.

2- É proibida a reprodução parcial deste certificado.

3- Este certificado se refere-se exclusivamente ao material ensaiado.

E-mail: vendas@eranalitica.com.br / Fone: (11) 4606-7200 / eranalitica.com.br