

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013044_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Paranaguá Saneamento S.A.				
Endereço:	Rua Vieira dos Santos, 333 - Centro Histórico - Paranaguá/PR				
Cidade:	Paranaguá	Estado:	PR	Cep:	83203-050
Contratante:	Paranaguá Saneamento S.A.				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Balança Semi-Analítica	Capacidade:	0 - 310 g
Modelo:	L303i	Nº de Série:	BE2000004
Fabricante:	Bel Engineering	Identificação:	BMC 2000004

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
24 ± 0,2 °C

Umidade Relativa (%ur)
70 ± 0,4 % ur

Pressão Atmosférica (hPa)
1020 ± 0,2 % hPa

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Guilherme Silva	Data da Calibração:	12/07/2021
Responsável Técnico:	Wellington Barbosa	Data da Emissão:	12/07/2021
Local da Calibração:	Laboratório - ETA Colonia		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
J002A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-10093-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J002A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-10093-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J002A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-09592-21-R0	23/03/2021	23/03/2023
H001A01JM	Conjunto de Pesos Padrão	Padrão Balanças	MA 129_09_19	13/09/2020	13/09/2022



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013044_01

6. Resultados da Excentricidade

Sem ajuste

Pontos	1	2	3	4	5
Valor (g)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Valor de Referência (g)	200,000
Desvio Máximo Encontrado (g)	0,001

Com ajuste

Pontos	1	2	3	4	5
Valor (g)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Valor de Referência (g)	200,000
Desvio Máximo Encontrado (g)	0,000

7. Resultados da Repetibilidade

Sem ajuste

Valor de Referência (g)	200,000
---------------------------	---------

Número de Leituras	Valor (g)
1	200,000
2	200,000
3	200,000
4	200,000
5	200,001

Desvio Padrão	0,000447214
---------------	-------------

Com ajuste

Valor de Referência (g)	200,000
---------------------------	---------

Número de Leituras	Valor (g)
1	200,000
2	200,000
3	200,000
4	200,000
5	200,000

Desvio Padrão	0
---------------	---

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013044_01

8a. Resultados da medição Antes da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
1,000	1,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
10,000	10,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
50,000	50,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
150,000	150,001	0,001	0,001	2,00	Infinito
200,000	200,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
300,000	300,001	0,001	0,001	2,00	Infinito

8b. Resultados da medição Depois da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
1,000	1,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
10,000	10,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
50,000	50,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
150,000	150,001	0,001	0,001	2,00	Infinito
200,000	200,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
300,000	300,001	0,001	0,001	2,00	Infinito



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013044_01

9. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme procedimento PR-14 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

10. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 - Os valores acima informados estão arredondados para o número de casas decimais referente a resolução do equipamento.
- 4 - O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.
- 5 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 6 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 7 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida

11. Observações

Nenhuma.

12. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001