

## Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

020882\_01

### 1. Dados do Cliente

Empresa:	BRK Ambiental - Cachoeira de Itapemirim S.A				
Endereço:	PC Alvim Silveira 01				
Cidade:	Cachoeira de Itapemirim	Estado:	ES	CEP:	29309-801
Contratante:	BRK Ambiental - Cachoeira de Itapemirim S.A				

### 2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Termohigrômetro Digital	Faixa de Trabalho:	-50 à 70 °C
Modelo:	HTC-2	Valor de Divisão:	0,1 °C
Fabricante:	Kiltler	Nº de Série:	Não Especificado
Tipo de Sensor:	Não determinado	Identificação:	TH-25

### 3. Condições Ambientais

Temperatura ( °C )
25,35 ± 0,3 °C

Umidade Relativa ( %ur )
76 ± 1 %ur

### 4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Wellington Barbosa	Data da Calibração:	13/03/2023
Responsável Técnico:	Renato Rainho	Data da Emissão:	13/03/2023
Local da Calibração:	Laboratório de Calibração - ER Analítica		

### 5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G001A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
G001A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
H002A03TE	Sensor de Temperatura PRT	Consistec	CR-05687/21	28/06/2021	28/06/2023



**Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025**

Certificado de Calibração nº

020882\_01

**6. Resultados da Calibração ( °C )**

( VR ) Valor de Referência ( °C )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( °C )	( T ) Tendência VMO - VR ( °C )	( U ) Incerteza Expandida ( °C )	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( v <sub>eff</sub> )	Profundidade de Imersão ( mm )
0,004	-0,7	-0,7	0,1	2,00	Infinito	120 mm
2,999	2,3	-0,7	0,1	2,00	Infinito	120 mm
5,996	5,5	-0,5	0,2	2,18	15	120 mm
7,988	7,6	-0,4	0,1	2,00	Infinito	120 mm
14,976	14,5	-0,5	0,2	2,18	15	120 mm
19,975	19,4	-0,6	0,1	2,00	Infinito	120 mm
24,973	24,5	-0,5	0,2	2,18	15	120 mm
28,302	29,5	1,2	7,5	4,53	2	120 mm

**7. Procedimento de Calibração**

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-06 pelo método comparativo.  
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

**8. Informações Complementares**

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v<sub>eff</sub> graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

**9. Observações**

Nenhuma.

**10. Responsável Técnico**

Renato Rainho

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.