

ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016358_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	BO Paper Brasil Indústria de Papéis Ltda.			
Endereço:	Rod. PR-151, Km 207,45, s/n			
Cidade:	Jaguariaíva Estado: PR Cep: 84200-000			
Contratante:	BO Paper Brasil Indústria de Papéis Ltda.			

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Balança Semi-Analítica		
Modelo:	AR3130BR		
Fabricante:	Ohaus		

Capacidade:	0,02 - 310 g
№ de Série:	N3428330371034
Identificação:	Não Especificado

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)	
24,95 ± 0,3 °C	

Umidade Relativa (%ur)
66,25 ± 2,4 % ur

Pressão Atmosférica (hPa)	
917,4 ± 0,2 % hPa	

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Técnico Executor: Jhonny Nolasco		Data da Calibração:	11/05/2022
Responsável Técnico:	Wellington Barbosa		Data da Emissão:	11/05/2022
Local da Calibração:	Laboratório - FQ			

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
H001A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-25484-21-R0	04/08/2021	04/08/2023
H001A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-25484-21-R0	04/08/2021	04/08/2023
H001A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-25004-21-R0	28/07/2021	28/07/2023
G001A01JM	Conjunto de Peso Padrão	Padrão Balanças	MA 128_05_20	19/05/2020	19/05/2022
H003A01JM	Conjunto de Pesos Padrão	WL Pesos Padrão	WL 1315/2021	09/12/2021	09/12/2023









ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - **I.E.** 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016358_01

6a. Resultados da medição Antes da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
0,500	0,500	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,000	1,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
2,000	2,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
10,000	10,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
30,000	29,999	-0,001	0,001	2,00	Infinito
70,000	69,996	-0,004	0,001	2,00	Infinito
120,000	119,993	-0,007	0,001	2,00	Infinito
150,000	149,990	-0,010	0,001	2,00	Infinito
220,000	219,985	-0,015	0,001	2,00	Infinito
310,000	309,979	-0,021	0,001	2,00	Infinito

6b. Resultados da medição Depois da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
0,500	0,500	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,000	1,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
2,000	2,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
10,000	10,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
30,000	30,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
70,000	69,999	-0,001	0,001	2,00	Infinito
120,000	119,998	-0,002	0,001	2,00	Infinito
150,000	150,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
220,000	219,997	-0,003	0,001	2,00	Infinito
310,000	309,995	-0,005	0,001	2,00	Infinito







Empresa certificada ISO 9001



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016358_01

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme procedimento IC-01 pelo método comparativo. O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 Os valores acima informados estão arredondados para o numero de casas decimais referente a resolução do equipamento.
- 4 O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações		
Nenhuma.		
10. Responsável Técnico		
	Wellington Barbosa	
	Responsável Técnico	







Empresa certificada ISO 9001