

## Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020419\_01

### 1. Dados do Cliente

Empresa:	Associação Loteamento Jardim das Palmeiras				
Endereço:	Rua dos Anturios, 60 - Curitibaanos - Bragança Paulista/SP				
Cidade:	Bragança Paulista	Estado:	SP	CEP:	12924-710
Contratante:	Associação Loteamento Jardim das Palmeiras				

### 2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Turbidímetro Portátil	Capacidade:	0 - 1000 NTU
Modelo:	2100P	Nº de Série:	960500010696
Fabricante:	Hach	Identificação:	286

### 3. Condições Ambientais

Temperatura ( °C )
25,8 ± 0,3 °C

Umidade Relativa ( %ur )
71 ± 2 %ur

### 4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Luis Guilherme	Data da Calibração:	10/02/2023
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	10/02/2023
Local da Calibração:	Laboratório de testes ER - Analítica		

### 5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G001A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
G001A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
26598.42	Padrão de Formazina - 1 NTU	Hach	A2034	01/03/2022	28/02/2024
26848.01	Padrão de Formazina - 20 NTU	Hach	A2112	06/05/2022	30/07/2023
26849.01	Padrão de Formazina - 100 NTU	Hach	A2139	14/06/2022	30/09/2023
26605.01	Padrão de Formazina - 800 NTU	Hach	A2127	26/05/2022	30/08/2023

## Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020419\_01

### 6. Resultados da Calibração com Material de Referência - NTU

( VR ) Valor de Referência ( NTU )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( NTU )	( T ) Tendência VMO - VR ( NTU )	( U ) Incerteza Expandida ( NTU )	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( v <sub>eff</sub> )
1,03	0,90	-0,13	0,05	2,00	Infinito
20,1	20,4	0,3	1,0	2,00	Infinito
101,0	102,7	1,7	5,3	2,02	163,4431994
821	801	-20	40	2,00	Infinito

### 7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-05 pelo método comparativo.  
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

### 8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v<sub>eff</sub> graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

### 9. Observações

Não foi possível realizar as medições antes da calibração, por conta da não conformidade do equipamento.

### 10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001