

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

022355_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	BRK Ambiental Participações S.A.				
Endereço:	Rua Professor Estevan Lange Adrien, 459				
Cidade:	Limeira	Estado:	SP	CEP:	13482-280
Contratante:	BRK Ambiental Participações S.A.				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Banho Maria de Bocas	Faixa de Trabalho:	Ambiente à 100 °C
Modelo:	314 - 4DC	Valor de Divisão:	0,1 °C
Fabricante:	Ethik Technology	Nº de Série:	70894
Tipo de Sensor:	PT-100	Identificação:	316 - BAM

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
22,1 ± 0,4 °C

Umidade Relativa (%UR)
54,5 ± 2 % ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Caio Gomes	Data da Calibração:	03/05/2023
Responsável Técnico:	Renato Rainho	Data da Emissão:	03/05/2023
Local da Calibração:	Laboratorio de calibração ER Analítica		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G001A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
G001A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
J004A03TE	Termometro Digital	Fluke	021138_01	27/03/2023	26/03/2025



Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025

Certificado de Calibração nº

022355_01

6. Resultados da Calibração (°C)

(VR) Valor de Referência (°C)	(VMO) Valor Médio do Objeto (°C)	(T) Tendência VMO - VR (°C)	(U) Incerteza Expandida (°C)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v_{eff})	Profundidade de Imersão (mm)
45,818	45	-1	1	2,00	Infinito	100 mm
76,788	75	-2	1	2,04	58	100 mm
81,238	80	-1	1	2,00	Infinito	100 mm

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Procedimento de Calibração PR-24 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.