

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016849_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Spat Saneamento S/A				
Endereço:	Rua Waldemar Cusma, 700				
Cidade:	Suzano	Estado:	SP	Cep:	08616-510
Contratante:	Spat Saneamento S/A				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Balança Semi-Analítica	Capacidade:	25 - 5000 g
Modelo:	LC5	Nº de Série:	292277
Fabricante:	Marte	Identificação:	Di-002

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
20,05 ± 0,3 °C

Umidade Relativa (%ur)
57,85 ± 1,4 % ur

Pressão Atmosférica (hPa)
934,3 ± 0,3 % hPa

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Wellington Barbosa	Data da Calibração:	15/06/2022
Responsável Técnico:	Renato Rainho	Data da Emissão:	15/06/2022
Local da Calibração:	Laboratório		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
J001A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-10092-21-R0	25/03/2021	25/03/2023
J001A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-09593-21-R0	25/05/2021	23/03/2023
H003A01JM	Conjunto de Pesos Padrão	WL Pesos Padrão	WL 1315/2021	09/12/2021	09/12/2023



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016849_01

6a. Resultados da medição Antes da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
50,000	50,000	0,000	0,001	2,03	74
100,000	100,000	0,000	0,001	2,00	633
499,999	500,000	0,001	0,002	2,00	Infinito
1.000,000	1.000,000	0,000	0,002	2,00	Infinito
2.000,002	2.000,000	-0,002	0,005	2,00	Infinito
5.000,004	4.999,998	-0,006	0,011	2,00	Infinito

6b. Resultados da medição Depois da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
50,000	50,000	0,000	0,001	2,03	74
100,000	100,000	0,000	0,001	2,00	633
499,999	500,000	0,001	0,002	2,00	Infinito
1.000,000	1.000,000	0,000	0,002	2,00	Infinito
2.000,002	2.000,000	-0,002	0,005	2,00	Infinito
5.000,004	4.999,998	-0,006	0,011	2,00	Infinito



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

016849_01

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme procedimento IC-01 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com ν graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 - Os valores acima informados estão arredondados para o número de casas decimais referente a resolução do equipamento.
- 4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001