



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaci, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

CEP. 13224-250



## Certificado de Calibração

Número: 011671\_01

### 1. Dados do Cliente

Empresa:	Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda				
Endereço:	Rua Santo Agostinho, 231				
Cidade:	Amparo	Estado:	SP	Cep:	13.908-900
Contratante:	Rousselot Gelatinas do Brasil Ltda				

### 2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Espectrofotômetro	Capacidade:	340 - 900 nm
Modelo:	DR2800	Nº de Série:	1175835
Fabricante:	Hach	Identificação:	626NML01

### 3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
22,05 ± 0,6 °C

Umidade Relativa (%ur)
57,5 ± 2,5 % ur

### 4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Guilherme Azevedo	Data da Calibração:	10/03/2021
Signatário Autorizado:	Wellington Barbosa	Data da Emissão:	10/03/2021

Local da Calibração:	Laboratório FQ
----------------------	----------------

### 5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
I001A03FH	Filtro de Oxido de Holmio	Starna	84768	11/06/2020	11/06/2022
I001A03FD	Filtro de Oxido de Didmio	Starna	84767	11/06/2020	11/06/2022
I001A03VS	Filtro de Densidade Neutra	Starna	85592	15/07/2020	15/07/2022
H002A03TH	Termohigrometro Digital	Socintec	RI 2764/19	25/06/2019	25/06/2021
H001A03TE	Termometro Digital	Socintec	RI 2765/19	25/06/2019	25/06/2021

E-mail: [vendas@eranalitica.com.br](mailto:vendas@eranalitica.com.br) / Fone: (11) 4606-7200 / [eranalitica.com.br](http://eranalitica.com.br)

## Certificado de Calibração

Número: 011671\_01

### 6 a. Resultados da Calibração para Comprimento de Onda - Filtro Holmio / Didmio

Temperatura do Compartimento de Amostra:		22,5 ± 0,7 °C		Resolução:		1 nm
( VR ) Valor de Referência ( nm )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( nm )	( E ) Erro ( VMO-VR ) ( nm )	( U ) Incerteza Expandida	( k ) Fator de Abrangência	( v <sub>eff</sub> ) Graus de Liberdade Efetivos	
361	361	0	1 nm	2,00	Infinito	
447	448	1	1 nm	2,00	Infinito	
480	479	-1	1 nm	2,00	Infinito	
529	529	0	1 nm	2,00	Infinito	
586	585	-1	1 nm	2,00	Infinito	
685	684	-1	1 nm	2,00	Infinito	
741	740	-1	1 nm	2,00	Infinito	
748	748	0	1 nm	2,00	Infinito	
807	808	1	1 nm	2,00	Infinito	
880	880	0	1 nm	2,00	Infinito	

### 6 b. Resultados da Calibração para Escala Fotométrica - Região Visível

Temperatura do Compartimento de Amostra:				22,9 ± 0,8 °C		Resolução: 0,001 abs	
Filtro padrão de 10% transmitância				Filtro padrão de 20% transmitância			
Comprimento de Onda (nm)	Valor de Referência ( abs )	Valor Médio do Objeto ( abs )	Erro (VMO-VR) (abs)	Comprimento de Onda (nm)	Valor de Referência ( abs )	Valor Médio do Objeto ( abs )	Erro (VMO-VR) (abs)
440	0,9867	0,982	-0,004	440	0,7060	0,703	-0,003
465	0,9313	0,930	-0,001	465	0,6667	0,667	0,000
546	0,9829	0,980	-0,003	546	0,9829	0,702	-0,001
590	1,0902	1,087	-0,003	590	0,7783	0,777	-0,002
635	1,0753	1,072	-0,003	635	0,7677	0,767	-0,001

Filtro padrão de 30% transmitância			
Comprimento de Onda (nm)	Valor de Referência ( abs )	Valor Médio do Objeto ( abs )	Erro (VMO-VR) (abs)
440	0,5588	0,554	-0,005
465	0,5212	0,519	-0,002
546	0,5226	0,520	-0,002
590	0,5566	0,555	-0,002
635	0,5643	0,564	0,000

(u) Incerteza Expandida	(k) Fator de Abragência	(veff) Graus de Liberdade Efetivos
0,003 Abs	2,00	659,0265125

( U ) Incerteza Expandida	( k ) Fator de Abrangência	( v <sub>eff</sub> ) Graus de Liberdade Efetivos
0,003 Abs	2,00	659,0265125

E-mail: [vendas@eranalitica.com.br](mailto:vendas@eranalitica.com.br) / Fone: (11) 4606-7200 / [eranalitica.com.br](http://eranalitica.com.br)



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

CEP. 13224-250



## Certificado de Calibração

Número: 011671\_01

### 7. Procedimento da Calibração

O instrumento foi calibrado por comparação conforme descrito a seguir:

**Item 6 a**, foi calibrado em escala de comprimento de onda do instrumento com um filtro padrão de Óxido de Hólmio e Didmio nos pontos indicados e expressada a média de três leituras como resultado para cada ponto.

**Itens 6 b**, foi calibrado em escala fotométrica do instrumento em absorbância, sendo o resultado expresso, a média de três leituras.

Para todos os itens a referência utilizada foi o ar.

### 8. Informações Complementares

- 1 - Foi utilizada a norma ASTM E 925 como referência.
- 2 - Erro = Valor Médio do Objeto - Valor do Referência.
- 3 - A incerteza expandida de medição relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível da confiança de aproximadamente 95%.  $V_{eff}$  = grau de liberdade efetivo.
- 4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 6 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

### 9. Observações

Nenhuma.

### 10. Responsável

---

Wellington Barbosa

Signatário Autorizado

E-mail: [vendas@eranalitica.com.br](mailto:vendas@eranalitica.com.br) / Fone: (11) 4606-7200 / [eranalitica.com.br](http://eranalitica.com.br)