

ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110 Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

CEP. 13224-250

Certificado de Calibração

Número: 012010_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	International Paper do Brasil Ltda					
Endereço:	Rodovia SP 340 KM 171 - Vila Champion - Mogi Guaçu/SP					
Cidade:	Mogi Guaçu Estado: SP Cep: 13845-901					
Contratante:	International Paper do Brasil Ltda					

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Balança Semi-Analítica		
Modelo:	MS6002S		
Fabricante:	Mettler Toledo		

Capacidade:	0 - 6200 g		
Nº de Série:	B631828348		
Identificação:	10272832		

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)			
20,5 ± 0,4 °C			

Umidade Relativa (%ur)			
54 ± 2,1 % ur			

Pressão Atmosférica (hPa)
1001 ± 0,2 % hPa

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Kaio Perine		
Responsável Técnico:	Wellington Barbosa		

Data da Calibração:	15/04/2021		
Data da Emissão:	15/04/2021		

Local da Calibração:	Laboratório
----------------------	-------------

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G001A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-17944-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
G001A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-17944-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
H001A03TB	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-15727-19-R0	06/06/2019	05/06/2021
G002A01JM	Conjunto de Pesos Padrão	Padrão Balanças	MA 182_05_20	19/05/2020	19/05/2022

E-mail: vendas@eranalitica.com.br / Fone: (11) 4606-7200 / eranalitica.com.br



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110 Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

CEP. 13224-250

Certificado de Calibração

Número: 012010_01

6a. Resultados da medição Antes da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(E) Erro (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	(k) Fator de Abrangência	(Veff) Graus de Liberdade Efetivos
1,00	1,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
50,00	50,00	0,00	0,01	2,04	60,83
100,00	100,01	0,01	0,01	2,01	482,13
500,00	500,01	0,01	0,01	2,02	161,46
1.000,00	1.000,00	0,00	0,01	2,02	147,78
4.000,00	4.000,01	0,01	0,02	2,00	Infinito

6b. Resultados da medição Depois da Calibração

(VR) Valor de Referência (g)	(VMO) Valor Médio do Objeto (g)	(E) Erro (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	(k) Fator de Abrangência	(Veff) Graus de Liberdade Efetivos
1,00	1,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
50,00	50,00	0,00	0,01	2,04	60,83
100,00	100,01	0,01	0,01	2,01	482,13
500,00	500,01	0,01	0,01	2,02	161,46
1.000,00	1.000,00	0,00	0,01	2,02	147,78
4.000,00	4.000,01	0,01	0,02	2,00	Infinito

E-mail: vendas@eranalitica.com.br / Fone: (11) 4606-7200 / eranalitica.com.br



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110 Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP

Número:

012010_01

CEP. 13224-250

Certificado de Calibração

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme procedimento PR-14 Rev.01 pelo método comparativo. O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este certificado é valido exclusivamente para o objeto calibrado, descrito nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer outros lotes similares.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.

Os valores acima informados estão arredondados para o numero de casas decimais referente a resolução do equipamento.

O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.

9. Observações	
Nenhuma	
10. Responsável Técnico	
	Wellington Barbosa
	Signatário Autorizado

E-mail: vendas@eranalitica.com.br / Fone: (11) 4606-7200 / eranalitica.com.br