

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

017523_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|---|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | Suez - Tecnologia e Soluções Para Tratamento de Água Ltda | | | | |
| Endereço: | Rod. Raposo Tavares, 22901 | | | | |
| Cidade: | Cotia | Estado: | SP | Cep: | 06709-015 |
| Contratante: | Suez - Tecnologia e Soluções Para Tratamento de Água Ltda | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Instrumento: | Balança Semi-Analítica | Capacidade: | 0,02 - 310 g g |
| Modelo: | AV313CP | Nº de Série: | 8029331070 |
| Fabricante: | Ohaus | Identificação: | Não especificado |

3. Condições Ambientais

| |
|------------------|
| Temperatura (°C) |
| 25,85 ± 0,3 °C |

| |
|------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 52 ± 0,4 % ur |

| |
|---------------------------|
| Pressão Atmosférica (hPa) |
| 1012,9 ± 0,2 % hPa |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Guilherme Silva | Data da Calibração: | 28/07/2022 |
| Responsável Técnico: | Wellington Barbosa | Data da Emissão: | 28/07/2022 |
| Local da Calibração: | Laboratório Suez - Vale - Nova Lima/MG | | |
| Responsável Instrumento: | Ketlen Ferreira | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Órgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| J001A03TE | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-10092-21-R0 | 25/03/2021 | 25/03/2023 |
| J001A03TH | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-10092-21-R0 | 25/03/2021 | 25/03/2023 |
| J001A03BA | Barômetro Digital | Visomes | LV02172-09593-21-R0 | 25/05/2021 | 23/03/2023 |
| H001A01JM | Conjunto de Pesos Padrão | Padrão Balanças | MA 270_12_21 | 21/12/2021 | 21/12/2023 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

017523_01

6a. Resultados da medição Antes da Calibração

| (VR) Valor de Referência (g) | (VMO) Valor Médio do Objeto (g) | (T) Tendência (VMO-VR) (g) | (U) Incerteza Expandida (g) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (Veff) |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,001 | 2,01 | 313 |
| 200,000 | 200,002 | 0,002 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 300,000 | 300,001 | 0,001 | 0,003 | 3,31 | 4 |

| Critério de Aceitação Suez | |
|----------------------------|---------|
| Mín. | Máx. |
| 0,990 | 1,010 |
| 19,990 | 20,010 |
| 49,990 | 50,010 |
| 99,990 | 100,010 |
| 199,992 | 200,012 |
| 299,991 | 300,011 |

6b. Resultados da medição Depois da Calibração

| (VR) Valor de Referência (g) | (VMO) Valor Médio do Objeto (g) | (T) Tendência (VMO-VR) (g) | (U) Incerteza Expandida (g) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (Veff) |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,001 | 2,01 | 313 |
| 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,001 | 2,00 | Infinito |
| 300,000 | 300,002 | 0,002 | 0,001 | 2,00 | Infinito |

| Critério de Aceitação Suez | |
|----------------------------|---------|
| Mín. | Máx. |
| 0,990 | 1,010 |
| 19,990 | 20,010 |
| 49,990 | 50,010 |
| 99,990 | 100,010 |
| 199,990 | 200,010 |
| 299,992 | 300,012 |



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

017523_01

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme procedimento IC-01 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k , o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 - Os valores acima informados estão arredondados para o número de casas decimais referente a resolução do equipamento.
- 4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Este certificado atende aos requisitos da Suez e de acordo com os valores apresentados encontra-se aprovado e disponível para uso.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001