

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020385_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | Águas de Cuiabá S/A | | | | |
| Endereço: | Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3196 | | | | |
| Cidade: | Cuiabá | Estado: | MT | CEP: | 78050-667 |
| Contratante: | Águas de Cuiabá S/A | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Instrumento: | Colorimetro Portatil | Parâmetro: | Cor |
| Modelo: | DM-COR | Nº de Série: | 52507 |
| Fabricante: | Digimed | Identificação: | 120009700 |

3. Condições Ambientais

| |
|--------------------|
| Temperatura (°C) |
| 29,7 ± 0,3 °C |

| |
|--------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 67 ± 2 %ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Jhonny Nolasco | Data da Calibração: | 09/02/2023 |
| Signatário Autorizado: | Renato Rainho | Data da Emissão: | 09/02/2023 |
| Local da Calibração: | Laboratório - ETA Águaçu | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Orgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G001A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-24846-22-R0 | 19/08/2022 | 19/08/2024 |
| G001A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-24846-22-R0 | 19/08/2022 | 19/08/2024 |
| MR 1 - 500 Pt/Co | Padrão Cor Platina Cobalto | SpecSol | 114857 | 30/07/2021 | 30/07/2023 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020385_01

6a. Resultados Antes da Calibração com Material de Referência - mg/L

| (VR) Valor de Referência (Pt/Co) | (VMO) Valor Médio do Objeto (Pt/Co) | (T) Tendência VMO - VR (Pt/Co) | (U) Incerteza Expandida (Pt/Co) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff}) |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| 500 | 492 | -8 | 5 | 2,00 | Infinito |
| 100,0 | 50,1 | -49,9 | 1,0 | 2,00 | Infinito |
| 10,0 | 5,1 | -4,9 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,00 | Infinito |

6b. Resultados Depois da Calibração com Material de Referência - mg/L

| (VR) Valor de Referência (Pt/Co) | (VMO) Valor Médio do Objeto (Pt/Co) | (T) Tendência VMO - VR (Pt/Co) | (U) Incerteza Expandida (Pt/Co) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff}) |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| 500 | 500 | 0 | 5 | 2,00 | Infinito |
| 100,0 | 99,3 | -0,7 | 1,0 | 2,00 | Infinito |
| 10,0 | 9,6 | -0,4 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,00 | Infinito |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-09 pelo método comparativo.

O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001