

### ER Analítica Ltda EPP

**CNPJ**: 17.358.703/0001-99 - **I.E.** 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

# Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

021135\_01

### 1. Dados do Cliente

Empresa:	Dux Comércio e Importação Ltda.					
Endereço:	Avenida Prefeito Luis Latorre, 9450					
Cidade:	Jundiaí	Estado:	SP	Cep:	13209-430	
Contratante:	Dux Comércio e Importação Ltda.					

# 2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Determinador de Umidade
Modelo:	MB27
Fabricante:	Ohaus

№ de Série:	C109266080
Identificação:	BAL-004
Capacidade em ( g ):	0,001 - 90 g
Capacidade em ( °C ):	50 à 210 °C

# 3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)			
25,1 ± 0,2 °C			

Umidade Relativa ( %ur )
53 ± 0,4 %ur

Pressão Atmosférica ( hPa )
917,1 ± 0,2 % hPa

# 4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Kaio Perine	Data da Calibração:	27/03/2023
Responsável Técnico:	Renato Rainho	Data da Emissão:	27/03/2023
Local da Calibração:	Laboratório - Controle de Qualidade		

### 5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
H001A03TE	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-25484-21-R0	04/08/2021	04/08/2023
H001A03TH	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-25484-21-R0	04/08/2021	04/08/2023
H001A03BA	Barômetro Digital	Visomes	LV02172-25004-21-R0	28/07/2021	28/07/2023
G002A01JM	Conjunto de Pesos Padrão	CAL 0682	WL 1179/2022	23/09/2022	23/09/2024
G001A03TE	Termometro Digital	ER Analítica	019124_01	11/11/2022	10/11/2024









### ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

# Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

021135\_01

### 6a. Resultados da medição Antes da Calibração - (g)

( VR ) Valor de Referência ( g )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( g )	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( Veff )
1,000	1,002	0,002	0,001	2,00	Infinito
10,000	9,999	-0,001	0,001	2,00	Infinito
30,000	29,998	-0,002	0,001	2,00	Infinito
50,000	49,995	-0,005	0,001	2,00	Infinito
70,000	69,995	-0,005	0,001	2,00	Infinito
90,000	89,993	-0,007	0,001	2,00	Infinito

# 6b. Resultados da medição Antes da Calibração - (°C)

( VR ) Valor de Referência ( °C )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( °C )	(T) Tendência (VMO-VR) (°C)	(U) Incerteza Expandida (°C)	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( Veff )	
130,4	130	0	1	2,00	Infinito	

# 7a. Resultados da medição Depois da Calibração - ( g )

( VR ) Valor de Referência ( g )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( g )	(T) Tendência (VMO-VR) (g)	(U) Incerteza Expandida (g)	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( Veff )
1,000	1,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
10,000	10,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
30,000	30,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
50,000	50,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
70,000	70,000	0,000	0,001	2,00	Infinito
90,000	90,000	0,000	0,001	2,00	Infinito

# 7b. Resultados da medição Depois da Calibração - (°C)

( VR ) Valor de Referência (°C)	(VMO) Valor Médio do Objeto (°C)	(T) Tendência (VMO-VR) (°C)	(U) Incerteza Expandida (°C)	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( Veff )
130,4	130	0	1	2,00	Infinito







Empresa certificada ISO 9001



#### ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

### Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

021135\_01

### 8. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme os procedimento IC-01 e IC-02 pelo método comparativo. O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

### 9. Informações Complementares

- 1 A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 3 Os valores acima informados estão arredondados para o numero de casas decimais referente a resolução do equipamento.
- 4 O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

10. Observações		
Nenhuma.		
11. Responsável Técnico		
	Renato Rainho  Responsável Técnico	







Empresa certificada ISO 9001