

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

015059_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | Bem Brasil Alimentos S.A | | | | |
| Endereço: | Avenida Hitalo Ros, 4000 | | | | |
| Cidade: | Araxá | Estado: | MG | CEP: | 38181-419 |
| Contratante: | Bem Brasil Alimentos S.A | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Instrumento: | Turbídimetro Portátil | Capacidade: | 0 - 1000 NTU |
| Modelo: | TB1000 | Nº de Série: | 8381611 |
| Fabricante: | Tecnopon | Identificação: | Não Especificado |

3. Condições Ambientais

| |
|------------------|
| Temperatura (°C) |
| 25,05 ± 0,4 °C |

| |
|------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 76 ± 2 % ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Ygor Padovan | Data da Calibração: | 13/01/2022 |
| Signatário Autorizado: | Wellington Barbosa | Data da Emissão: | 13/01/2022 |
| Local da Calibração: | Bem Brasil Alimentos | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Órgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G002A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-36533-20-R0 | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
| G002A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-36533-20-R0 | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
| MR 1 - 4000 NTU | Padrão de Formazina - 4000 NTU | SpecSol | 113216 | 01/07/2021 | 01/07/2022 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

015059_01

6. Resultados da Calibração com Material de Referência - NTU

| (VR) Valor de Referência (NTU) | (VMO) Valor Médio do Objeto (NTU) | (T) Tendência VMO - VR (NTU) | (U) Incerteza Expandida (NTU) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff}) |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| 0,1 | 0,08 | -0,02 | 0,05 | 2,00 | Infinito |
| 0,8 | 0,82 | 0,02 | 0,1 | 2,00 | Infinito |
| 80 | 80,2 | 0,2 | 1,6 | 2,00 | Infinito |
| 1000 | 1.000 | 0 | 20 | 2,00 | Infinito |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-05 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Equipamento sem leituras antes devido estar sem curva de calibração.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001