

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

015929_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|---|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | | | | |
| Endereço: | Av. dos Bandeirantes, 4164 | | | | |
| Cidade: | Taubaté | Estado: | SP | CEP: | 12030-790 |
| Contratante: | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|---------|
| Instrumento: | Analizador Colorimétrico | Parâmetro: | Cloro |
| Modelo: | AI-CL2 | Nº de Série: | 50380 |
| Fabricante: | Digimed | Identificação: | 1485930 |

3. Condições Ambientais

| |
|------------------|
| Temperatura (°C) |
| 23,7 ± 0,4 °C |

| |
|------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 47 ± 2 % ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Guilherme Silva | Data da Calibração: | 18/04/2022 |
| Signatário Autorizado: | Wellington Barbosa | Data da Emissão: | 18/04/2022 |
| Local da Calibração: | Laboratório de Calibração ER Analítica | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Órgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G004A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-17943-20-R0 | 26/06/2020 | 26/06/2022 |
| G004A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-17943-20-R0 | 26/06/2020 | 26/06/2022 |
| J001A01DR | Colorímetro DR300 | ER Analítica | 015664_01 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

015929_01

6. Resultados da Calibração com Material de Referência - mg/L

| (VR) Valor de Referência (mg/L) | (VMO) Valor Médio do Objeto (mg/L) | (T) Tendência VMO - VR (mg/L) | (U) Incerteza Expandida (mg/L) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|--|---|--|---|----------------------------------|---|
| 1,00 | 1,01 | 0,01 | 0,03 | 2,00 | Infinito |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-09 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Sem leituras antes, devido o equipamento estar inoperante antes da manutenção.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



ventas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001