



ER Analítica Ltda EPP

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

APROVADOResponsável: RENATOPadrão: I001A03ABData: 28/12/2021Validade: 27/12/2022**Laboratório de Calibração ER Analítica**

Certificado de Calibração nº

015080_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	ER Analítica Ltda - EPP				
Endereço:	Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí				
Cidade:	Várzea Paulista	Estado:	SP	CEP:	13224-250
Contratante:	ER Analítica Ltda - EPP				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Padrão Gelex de Absorbância	Resolução:	0,001 abs
Modelo:	Gelex Absorbância	Nº de Série:	Não Especificado
Fabricante:	Hach	Identificação:	I001A03AB

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
21,55 ± 0,4 °C

Umidade Relativa (%ur)
57 ± 2 % ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Jhonny Nolasco	Data da Calibração:	27/12/2021
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	27/12/2021
Local da Calibração:	Laboratório de Calibração ER Analítica		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G004A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-17943-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
G004A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-17943-20-R0	26/06/2020	26/06/2022
I001A03ES	Espectrofotômetro UV/VIS	ER Analítica	015082_01	27/12/2021	27/12/2023



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

015080_01

6. Resultados da Calibração com Material de Referência - (abs)

(VR) Valor de Referência (abs)	(VMO) Valor Médio do Objeto (abs)	(T) Tendência VMO - VR (abs)	(U) Incerteza Expandida (abs)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (Veff)
0,612	0,612	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,224	1,224	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,821	1,821	0,000	0,001	2,00	Infinito
0,625	0,625	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,226	1,226	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,821	1,821	0,000	0,001	2,00	Infinito
0,637	0,637	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,251	1,251	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,862	1,862	0,000	0,001	2,00	Infinito
0,613	0,613	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,209	1,209	0,000	0,001	2,00	Infinito
1,802	1,802	0,000	0,001	2,00	Infinito

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-09 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

RENATO FERREIRA
RAINHO:29911614859

Renato Rainho

Responsável Técnico

APROVADO	
Responsável:	RENATO
Padrão:	I001 A03AB
Data:	28/12/2021
Validade:	27/12/2022



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001