

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014941_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Laboratório Analítico Farmacêutico Ltda				
Endereço:	Rua T-29, 1006				
Cidade:	Goiânia	Estado:	GO	Cep:	74.210-050
Contratante:	Laboratório Analítico Farmacêutico Ltda				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Espectrofotômetro	Capacidade:	190 a 1100 nm
Modelo:	Lambda 365	Nº de Série:	365K5080301
Fabricante:	Perkin Elmer	Identificação:	EUV-02

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
22,65 ± 0,5 °C

Umidade Relativa (%ur)
43,15 ± 7,1 % ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Wellington Barbosa	Data da Calibração:	13/12/2021
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	13/12/2021
Local da Calibração:	Laboratório Físico - Químico		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
I001A03TH - T	Termômetro Ambiente	Visomes	LV02172-36534-20-R0	15/10/2020	15/10/2022
I001A03TH - H	Higrômetro Ambiente	Visomes	LV02172-36534-20-R0	15/10/2020	15/10/2022
I001A03TE	Termometro Digital	Visomes	LV02172-36458-20-R0	14/10/2020	14/10/2022
I001A03TR	Filtro Óptico de Terras Raras	Starna	85668	17/07/2020	17/07/2022
I001A03FH	Filtro Óptico de Hólmio	Starna	84768	11/06/2021	11/06/2022
I001A03FD	Filtro Óptico de Didmio	Starna	84767	11/06/2020	11/06/2022
I001A03VS	Filtro de Densidade Neutra	Starna	85592	15/07/2020	15/07/2022
I001A03UV	Solução de Dicromato de Potássio	Starna	84766	11/06/2020	11/06/2022

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014941_01

6. Resultados da Calibração para Comprimento de Onda - Terras Raras

Temperatura do Compartimento de Amostra: 23,7 ± 0,2 °C				Resolução: 0,1 nm	
(VR) Valor de Referência (nm)	(VMO) Valor Médio do Objeto (nm)	(T) Tendência (VMO-VR) (nm)	(U) Incerteza Expandida (nm)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
201,1	201,2	0,1	0,2 nm	2,00	Infinito
211,4	211,4	0,0	0,2 nm	2,00	Infinito
222,6	222,4	-0,2	0,2 nm	2,00	Infinito
240,4	240,1	-0,3	0,2 nm	2,00	Infinito
253,7	253,3	-0,4	0,2 nm	2,00	Infinito

7. Resultados da Calibração para Comprimento de Onda - Filtro Holmio / Didmio

Temperatura do Compartimento de Amostra: 21,3 ± 0,2 °C				Resolução: 0,1 nm	
(VR) Valor de Referência (nm)	(VMO) Valor Médio do Objeto (nm)	(T) Tendência (VMO-VR) (nm)	(U) Incerteza Expandida (nm)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
279,4	279,2	-0,2	0,2 nm	2,00	Infinito
360,9	360,7	-0,2	0,2 nm	2,00	Infinito
445,8	445,4	-0,4	0,2 nm	2,00	Infinito
528,9	528,8	-0,1	0,2 nm	2,00	Infinito
585,2	585,1	-0,1	0,2 nm	2,00	Infinito
684,5	684,9	0,4	0,2 nm	2,00	Infinito
741,0	741,8	0,8	0,2 nm	2,00	Infinito
748,6	749,5	0,9	0,2 nm	2,00	Infinito
807,0	807,8	0,8	0,2 nm	2,00	Infinito
879,4	879,3	-0,1	0,2 nm	2,00	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014941_01

8. Resultados da Calibração para Escala Fotométrica - Região Visível

Temperatura do Compartimento de Amostra:	21,6 ± 0,5 °C	Resolução:	0,001 abs
--	---------------	------------	-----------

Filtro Padrão de 10% Transmittância

Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
440	0,9867	0,985	-0,002
465	0,9313	0,929	-0,002
546	0,9829	0,982	-0,001
590	1,0902	1,088	-0,002
635	1,0753	1,073	-0,002

Incerteza Expandida (abs)	0,003
Fator de Abrigência (k)	2,00
Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})	Infinito

Filtro Padrão de 20% Transmittância

Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
440	0,7060	0,707	0,001
465	0,6667	0,667	0,000
546	0,7027	0,704	0,001
590	0,7783	0,778	0,000
635	0,7677	0,768	0,000

Incerteza Expandida (abs)	0,003
Fator de Abrigência (k)	2,00
Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})	Infinito

Filtro Padrão de 30% Transmittância

Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
440	0,5588	0,558	-0,001
465	0,5212	0,521	0,000
546	0,5226	0,522	-0,001
590	0,5566	0,556	-0,001
635	0,5643	0,563	-0,001

Incerteza Expandida (abs)	0,003
Fator de Abrigência (k)	2,00
Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014941_01

9. Resultados da Calibração para Escala Fotométrica - Região Ultra Violeta

Temperatura do Compartimento de Amostra:	23,7 ± 0,2 °C	Resolução:	0,001 abs
--	---------------	------------	-----------

Solução Padrão com Concentração de 20 mg/ml

Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
235	0,2490	0,248	-0,001
257	0,2853	0,284	-0,001
313	0,0971	0,097	0,000
350	0,2116	0,209	-0,003

Incerteza Expandida (abs)	0,016
Fator de Abridência (k)	2,00
Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})	Infinito

Solução Padrão com Concentração de 40 mg/ml

Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
235	0,4915	0,491	-0,001
257	0,5725	0,571	-0,002
313	0,1919	0,192	0,000
350	0,4264	0,423	-0,003

Incerteza Expandida (abs)	0,016
Fator de Abridência (k)	2,00
Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})	Infinito

Solução Padrão com Concentração de 60 mg/ml

Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
235	0,7398	0,738	-0,002
257	0,8607	0,857	-0,004
313	0,2877	0,288	0,000
350	0,6394	0,631	-0,008

Incerteza Expandida (abs)	0,016
Fator de Abridência (k)	2,00
Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})	Infinito

Solução Padrão com Concentração de 80 mg/ml

Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
235	1,0014	0,998	-0,003
257	1,1583	1,151	-0,007
313	0,3896	0,389	-0,001
350	0,8572	0,842	-0,015

Incerteza Expandida (abs)	0,016
Fator de Abridência (k)	2,00
Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

014941_01

Continuação item 9.

Solução Padrão com Concentração de 100 mg/ml			
Comp. Onda (nm)	Valor de Referência (abs)	Valor Médio do Objeto (abs)	Tendência (VMO-VR) (abs)
235	1,2542	1,252	-0,002
257	1,4545	1,453	-0,001
313	0,4866	0,489	0,002
350	1,0742	1,076	0,002
Incerteza Expandida (abs)			0,016
Fator de Abrangência (k)			2,00
Graus de Liberdade Efetivos (ν_{eff})			Infinito

10. Procedimento da Calibração

O instrumento foi calibrado por comparação conforme descrito a seguir:

O item 6 e 7, foi calibrado em escala de comprimento de onda do instrumento com um Filtros Padrão de Terras Raras, Óxido de Hólmio e Didmio nos pontos indicados e expressada a média de três leituras como resultado para cada ponto.

Item 8, foi calibrado com Filtros Ópticos de Densidade Neutra na região visível na escala de absorbância, sendo o resultado expresso, a média de três leituras.

Item 9, foi calibrado com Filtros Ópticos de Dicromato de Potássio na escala de absorbância, sendo o resultado expresso, a média de três leituras. Para todos os itens a referência utilizada foi o ar.

11. Informações Complementares

- 1 - Foi utilizada a norma ASTM E 925 como referência.
- 2 - Tendência = Valor Médio do Objeto - Valor do Referência.
- 3 - A incerteza expandida de medição relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível da confiança de aproximadamente 95%. ν_{eff} = grau de liberdade efetivo.
- 4 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 6 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e avaliou a rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

12. Observações

Nenhuma.

13. Responsável

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.