

**Laboratório de Calibração ER Analítica**

Certificado de Calibração nº

020648\_01

**1. Dados do Cliente**

Empresa:	Saneaqua Mairinque S/A				
Endereço:	R. Professor José Pinto do Amaral, 401 - Mairinque/SP				
Cidade:	Mairinque	Estado:	SP	CEP:	18.120-000
Contratante:	Saneaqua Mairinque S/A				

**2. Dados do Equipamento / Eletrodo**

Instrumento:	Phmetro de Bancada	Capacidade:	0 à 16 pH
Modelo:	ION 700	Nº de Série:	2181774
Fabricante:	Oakton	Identificação:	Não especificado
Modelo Eletrodo:	2A09E	Identificação Eletrodo:	20382

**3. Condições Ambientais**

Temperatura ( °C )
27,95 ± 0,6 °C

Umidade Relativa ( %ur )
61,5 ± 2 %ur

**4. Informações da Calibração**

Técnico Executor:	José Messias Fontana	Data da Calibração:	30/03/2023
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	30/03/2023
Local da Calibração:	Laboratório de Calibração ER Analítica		

**5. Rastreabilidade dos Padrões**

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G003A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-24847-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
G003A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-24847-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
H001A03SI	Simulador de pH / mV	IPT	188727-101	03/02/2022	03/02/2024
H004A03TE	Termometro Digital	Fluke	LV02172-05798-22-R1	29/04/2022	29/04/2024
MRC 4 pH 4	Solução Tampão de pH 4	Visomes	PMR-0655-R0	20/01/2023	30/06/2024
MRC 2 pH 7	Solução Tampão de pH 7	PMR-004	PMR-0652-R0	10/01/2023	30/06/2024
MRC 4 pH 10	Solução Tampão de pH 10	PMR-004	PMR-0632-R0	12/09/2022	31/03/2024

## Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020648\_01

### 6. Resultados da Calibração Elétrica - ( mV )

( VR ) Valor de Referência ( mV )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( mV )	( T ) Tendência VMO - VR ( mV )	( U ) Incerteza Expandida ( mV )	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( veff )
-500,0	-499,0	1,0	0,2	2,52	6,125529894
-400,0	-400,0	0,0	0,2	2,52	6,125529894
-300,0	-300,0	0,0	0,2	2,52	6,125529894
-200,0	-199,7	0,3	0,2	2,52	6,125529894
-100,0	-99,8	0,2	0,2	2,52	6,125529894
-50,0	-49,8	0,2	0,2	2,52	6,125529894
0,0	0,1	0,1	0,2	2,52	6,125529894
50,0	50,1	0,1	0,2	2,52	6,125529894
100,0	100,0	0,0	0,2	2,52	6,125529894
200,0	199,9	-0,1	0,2	2,52	6,125529894
300,0	300,0	0,0	0,2	2,52	6,125529894
400,0	400,0	0,0	0,2	2,52	6,125529894
500,0	500,0	0,0	0,2	2,52	6,125529894

## Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020648\_01

### 7. Resultados da Calibração Elétrica - ( pH )

( VR ) Valor de Referência ( pH )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( pH )	( T ) Tendência VMO - VR ( pH )	( U ) Incerteza Expandida ( pH )	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( v <sub>eff</sub> )
0,00	0,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
1,00	1,02	0,02	0,01	2,00	Infinito
2,00	2,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
3,00	3,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
4,00	4,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
5,00	5,01	0,01	0,01	2,00	Infinito
6,00	6,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
7,00	7,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
8,00	8,00	0,00	0,01	2,00	Infinito
9,00	8,99	-0,01	0,01	2,00	Infinito
10,00	9,99	-0,01	0,01	2,00	Infinito
11,00	10,99	-0,01	0,01	2,00	Infinito
12,00	11,98	-0,02	0,01	2,00	Infinito
13,00	12,98	-0,02	0,01	2,00	Infinito
14,00	13,98	-0,02	0,01	2,00	Infinito

## Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020648\_01

### 8. Resultados da Calibração do Sistema de Medição Indicador / Eletrodo com MRC

( VR ) Valor de Referência ( pH )	( VI ) Valor Indicado ( pH )	( U ) Incerteza Expandida ( pH )	Fator de Abrangência ( k )
4,01	4,02	0,02	2,00
7,00	7,00	0,02	2,00
10,01	9,98	0,02	2,00

  

Parâmetro	Símbolo	Resultado
"Slope" Real	k'	59,16
pH de potencial zero	pH <sub>0</sub>	6,83
Eficiência Eletromotriz	β	0,98
"Slope" Relativo em %	k'/k*100	98,0%

### 9. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração PR-20 pelo método comparativo.  
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

### 10. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com  $\nu_{eff}$  graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O ajuste não faz parte do escopo de acreditação da ER Analítica.
- 3 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 4 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.
- 5 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre/Inmetro que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida

### 11. Observações

Nenhuma.

### 12. Responsável Técnico

Renato Rainho

Signatário Autorizado



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Laboratório Acreditado ISO/IEC 17025.