

## Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

017308\_01

### 1. Dados do Cliente

Empresa:	Empresa de Saneamento de Palestina - ESAP S/A				
Endereço:	Rua Paulo Araújo, 1118 - Centro				
Cidade:	Palestina	Estado:	SP	CEP:	15470-000
Contratante:	Empresa de Saneamento de Palestina - ESAP S/A				

### 2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Colorímetro Portátil DR890	Resolução:	0,001 abs
Modelo:	DR/890	Nº de Série:	100890C79132
Fabricante:	Hach	Identificação:	0193

### 3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
25,3 ± 0,4 °C

Umidade Relativa (%ur)
43,5 ± 2 % ur

### 4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Jhonny Nolasco	Data da Calibração:	14/07/2022
Signatário Autorizado:	Renato Rainho	Data da Emissão:	14/07/2022
Local da Calibração:	Laboratório		

### 5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G002A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-36533-20-R0	15/10/2020	15/10/2022
G002A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-36533-20-R0	15/10/2020	15/10/2022
I002A03AB	Padrão Gelex Absorbância	ER Analítica	015081_01	27/12/2021	27/12/2022



## Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

017308\_01

### 6. Resultados da Calibração com Material de Referência - ( abs )

( VR ) Valor de Referência ( abs )	( VMO ) Valor Médio do Objeto ( abs )	( T ) Tendência VMO - VR ( abs )	( U ) Incerteza Expandida ( abs )	Fator de Abrangência ( k )	Graus de Liberdade Efetivos ( v <sub>eff</sub> )
0,598	0,620	0,022	0,002	2,00	Infinito
1,144	1,155	0,011	0,002	2,00	Infinito
1,740	1,720	-0,020	0,002	2,00	Infinito
0,632	0,665	0,033	0,002	2,00	Infinito
1,207	1,240	0,033	0,002	2,00	Infinito
1,832	1,857	0,025	0,002	2,00	Infinito
0,637	0,667	0,030	0,002	2,00	Infinito
1,217	1,244	0,027	0,002	2,00	Infinito
1,849	1,893	0,044	0,002	2,00	Infinito
0,604	0,619	0,015	0,002	2,00	Infinito
1,154	1,166	0,012	0,002	2,00	Infinito
1,757	1,774	0,017	0,002	2,00	Infinito

### 7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-09 pelo método comparativo.  
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

### 8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v<sub>eff</sub> graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

### 9. Observações

Realizado substituição de todos os filtros ópticos.

### 10. Responsável Técnico

Renato Rainho

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001