

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013633_01

1. Dados do Cliente

| | | | | | |
|--------------|--|---------|----|------|-----------|
| Empresa: | BRK Ambiental - Uruguaiana S.A. | | | | |
| Endereço: | Rua General Flores da Cunha, 1516 - Centro - Uruguaiana/RS | | | | |
| Cidade: | Uruguaiana | Estado: | RS | CEP: | 67501-624 |
| Contratante: | BRK Ambiental - Uruguaiana S.A. | | | | |

2. Dados do Equipamento

| | | | |
|--------------|--------------------------|----------------|------------------|
| Instrumento: | Turbidímetro de Processo | Capacidade: | 0 - 100 NTU |
| Modelo: | AquaClear AV38 | Nº de Série: | B54911 |
| Fabricante: | Thermo | Identificação: | Não Especificado |

3. Condições Ambientais

| |
|------------------|
| Temperatura (°C) |
| 26 ± 0,4 °C |

| |
|------------------------|
| Umidade Relativa (%ur) |
| 79 ± 2 % ur |

4. Informações da Calibração

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Técnico Executor: | Guilherme Silva | Data da Calibração: | 01/09/2021 |
| Signatário Autorizado: | Wellington Barbosa | Data da Emissão: | 01/09/2021 |
| Local da Calibração: | BRK - Uruguaiana | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Órgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| G002A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-36533-20-R0 | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
| G002A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-36533-20-R0 | 15/10/2020 | 15/10/2022 |
| MR 1 - 4000 NTU | Padrão de Formazina - 4000 NTU | SpecSol | 113216 | 01/07/2021 | 01/07/2022 |



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

013633_01

6a. Resultados Antes da Calibração com Material de Referência - NTU

| (VR) Valor de Referência (NTU) | (VMO) Valor Médio do Objeto (NTU) | (T) Tendência VMO - VR (NTU) | (U) Incerteza Expandida (NTU) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| 40,00 | 31,70 | -8,30 | 4,00 | 2,00 | Infinito |

6b. Resultados Depois da Calibração com Material de Referência - NTU

| (VR) Valor de Referência (NTU) | (VMO) Valor Médio do Objeto (NTU) | (T) Tendência VMO - VR (NTU) | (U) Incerteza Expandida (NTU) | Fator de Abrangência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| 40,00 | 39,86 | -0,14 | 4,00 | 2,00 | Infinito |

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-13 pelo método comparativo.

O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Nenhuma.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001