

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020216_02

1. Dados do Cliente

Empresa:	Nhell Química Ltda				
Endereço:	Rodovia Washington Luiz, s/n, km 176				
Cidade:	Rio Claro	Estado:	SP	CEP:	13.503-750
Contratante:	Nhell Química Ltda				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Espectrofotômetro	Capacidade:	0 - 1000 NTU
Modelo:	NanoColor VIS II	Nº de Série:	NVIS21712
Fabricante:	Macherey-Nagel	Identificação:	04-ES-GE-01

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
27,9 ± 0,5 °C

Umidade Relativa (%ur)
55,5 ± 2 %ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Ygor Padovan	Data da Calibração:	26/01/2022
Signatário Autorizado:	Wellington Barbosa	Data da Emissão:	26/01/2022
Local da Calibração:	Bauminas - Rio Claro		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Orgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G002A03TH - T	Termômetro Digital	ER Analítica	019125_01	11/11/2022	10/11/2024
G002A03TH - H	Higrômetro Digital	ER Analítica	019125_01	11/11/2022	10/11/2024
26598.42	Padrão de Formazina - 1 NTU	Hach	A2034	01/03/2022	28/02/2024
26848.01	Padrão de Formazina - 20 NTU	Hach	A2112	06/05/2022	30/07/2023
26849.01	Padrão de Formazina - 100 NTU	Hach	A2139	14/06/2022	30/09/2023
26605.01	Padrão de Formazina - 800 NTU	Hach	A2127	26/05/2022	30/08/2023



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

020216_02

6. Resultados Antes da Calibração com Material de Referência - NTU

(VR) Valor de Referência (NTU)	(VMO) Valor Médio do Objeto (NTU)	(T) Tendência VMO - VR (NTU)	(U) Incerteza Expandida (NTU)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (veff)
1,03	1,01	-0,02	0,05	2,00	Infinito
20,1	20,2	0,1	1,0	2,00	Infinito
101,0	103,0	2,0	5,0	2,00	Infinito
821	804	-17	40	2,00	Infinito

6. Resultados Depois da Calibração com Material de Referência - NTU

(VR) Valor de Referência (NTU)	(VMO) Valor Médio do Objeto (NTU)	(T) Tendência VMO - VR (NTU)	(U) Incerteza Expandida (NTU)	Fator de Abrangência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (veff)
1,03	1,01	-0,02	0,05	2,00	Infinito
20,1	20,2	0,1	1,0	2,00	Infinito
101,0	103,0	2,0	5,0	2,00	Infinito
821	804	-17	40	2,00	Infinito

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-05 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

Calibração da curva de turbidez do equipamento.

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001