

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018589_01

1. Dados do Cliente

Empresa:	Águas de Holambra Saneamento SPE LTDA				
Endereço:	Rua Petúnia, 14, Jardim das Tulipas				
Cidade:	Holambra	Estado:	SP	CEP:	13825-000
Contratante:	Águas de Holambra Saneamento SPE LTDA				

2. Dados do Equipamento

Instrumento:	Colorímetro Portátil	Resolução:	0,001 abs
Modelo:	DR900	Nº de Série:	212256601001
Fabricante:	Hach	Identificação:	Não especificado

3. Condições Ambientais

Temperatura (°C)
24 ± 0,3 °C

Umidade Relativa (%ur)
58 ± 2 %ur

4. Informações da Calibração

Técnico Executor:	Bruno Franco	Data da Calibração:	13/10/2022
Signatário Autorizado:	Wellington Barbosa	Data da Emissão:	13/10/2022
Local da Calibração:	Laboratório de Análise - Águas de Holambra		

5. Rastreabilidade dos Padrões

Código do Padrão	Descrição do Padrão	Órgão Calibrador	Certificado de Calibração	Data da Calibração	Validade da Calibração
G001A03TH - T	Termômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
G001A03TH - H	Higrômetro Digital	Visomes	LV02172-24846-22-R0	19/08/2022	19/08/2024
I002A03AB	Padrão Gelex Absorbância	ER Analítica	015081_01	27/12/2021	27/12/2022



Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018589_01

6a. Resultados Antes da Calibração com Material de Referência - (abs)

(VR) Valor de Referência (abs)	(VMO) Valor Médio do Objeto (abs)	(T) Tendência VMO - VR (abs)	(U) Incerteza Expandida (abs)	Fator de Abragência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
0,598	0,608	0,010	0,002	2,00	Infinito
1,144	1,149	0,005	0,002	2,00	Infinito
1,740	1,763	0,023	0,002	2,00	Infinito
0,632	0,640	0,008	0,002	2,00	Infinito
1,207	1,225	0,018	0,002	2,00	Infinito
1,832	1,860	0,028	0,002	2,00	Infinito
0,637	0,638	0,001	0,002	2,00	Infinito
1,217	1,229	0,012	0,002	2,00	Infinito
1,849	1,879	0,030	0,002	2,00	Infinito
0,604	0,622	0,018	0,002	2,00	Infinito
1,154	1,189	0,035	0,002	2,00	Infinito
1,757	1,812	0,055	0,002	2,00	Infinito

6b. Resultados Depois da Calibração com Material de Referência - (abs)

(VR) Valor de Referência (abs)	(VMO) Valor Médio do Objeto (abs)	(T) Tendência VMO - VR (abs)	(U) Incerteza Expandida (abs)	Fator de Abragência (k)	Graus de Liberdade Efetivos (v _{eff})
0,598	0,604	0,006	0,002	2,00	Infinito
1,144	1,155	0,011	0,002	2,00	Infinito
1,740	1,171	-0,569	0,002	2,00	Infinito
0,632	0,642	0,010	0,002	2,03	78
1,207	1,227	0,020	0,002	2,03	78
1,832	1,853	0,021	0,002	2,00	Infinito
0,637	0,637	0,000	0,002	2,03	78
1,217	1,226	0,009	0,002	2,03	78
1,849	1,874	0,025	0,002	2,00	Infinito
0,604	0,624	0,020	0,002	2,03	78
1,154	1,194	0,040	0,002	2,00	Infinito
1,757	1,809	0,052	0,002	2,00	Infinito

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018589_01

7. Procedimento de Calibração

Método de Calibração: A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-09 pelo método comparativo.
O Valor Médio do Objeto foi herdado pela média de 3 leituras obtidas pelo padrão em cada ponto.

8. Informações Complementares

- 1 - A incerteza expandida relatada, é declarada como a incerteza padrão, multiplicada pelo fator de abrangência k , o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 2 - O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 3 - É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

9. Observações

0

10. Responsável Técnico

Wellington Barbosa

Responsável Técnico



(11) 4606-7200



vendas@eranalitica.com.br



www.eranalitica.com.br

Empresa certificada ISO 9001