

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Para El Proceso de Subasta Inversa Electrónica para la “**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA**”

CÓDIGO: SIE-HGLA-2024-040

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 13 días del mes de diciembre del 2024, comparecen, por una parte, la comisión de recepción designada por la Entidad Contratante, integrada por el **Sr. Lic. Eliecer Fernández Pérez** en calidad de Administrador del Contrato; el **Sr. Lic. Claudio Lapo**, en calidad de Delegado Técnico, la **Sra. Economista María Eufemia Chimborazo** en calidad de Guardalmacén, la **Ing. Linda Pérez** Responsable de Activos, por otra parte, el **Ing. Luis Enrique Zambrano Ferrer Gerente General** de la empresa **DIMED HEALTHCARE S.A.**, en calidad de proveedor. Quien, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con los Arts. 316 y 325 del nuevo Reglamento General de la Ley, suscriben la presente **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**.

1.- ANTECEDENTES:

Proceso precontractual:	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-HGLA-2024-038
N° de Contrato Administrativo:	HGLA-052-2024
Objeto del contrato:	“ ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA ”.
Valor del Contrato:	USD \$ 142.000,00 más IVA
Plazo de ejecución:	El contratista deberá entregar el Equipo Médico en la bodega del Hospital General Latacunga, sin costo adicional para la institución en (1) una sola entrega total, el plazo será de (60) sesenta días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Dentro de este plazo señalado para la entrega del equipo, se deberá cumplir las siguientes actividades: • Instalación • Puesta en Funcionamiento • Capacitación El contratista garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo médico durante la vida útil.
Anticipo:	No se entregó anticipo

2.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL de la presente contratación que se reciben fueron entregados físicamente en la Unidad de Bodega del Hospital General Latacunga, dicho bien estuvo sometido a la evaluación correspondiente por parte del Delegado Técnico de la institución. A la presente fecha, el proveedor ha cumplido con la **entrega total de la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL** de acuerdo a sus obligaciones contractuales.

3.- CONDICIONES OPERATIVAS:

Se realiza la verificación del equipo Médico que es parte del contrato Administrativo **HGLA-052-2024** cuyo objeto es **“LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA”**, por parte de la comisión designada para el efecto, así como también de la documentación fuente que se anexa para el proceso de pago correspondiente.

4.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA			
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	\$ 142.000,00	DÍAS DE MORA	2 días
MONTO DE LA ENTREGA ACTUAL.	\$ 126.000,00	PORCENTAJE DE MORA	3 x 1000
MONTO PENDIENTE DE ENTREGA (MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS)	\$ 16.000,00	MONTO DE LA ENTREGA ACTUAL	\$ 126.000,00
		VALOR GENERADO POR CONCEPTO DE MORA	\$ 852,00
		VALOR A PAGAR	\$ 125.148,00
		EL VALOR ANTES SEÑALADO (VALOR A PAGAR) SE LE APLICARÁ LOS TRIBUTOS DE LA LEY	
LAS MORAS Y MULTAS SERÁN APLICADAS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 293 DEL REGLAMENTO LOSNCP			

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

ENTREGA TOTAL BIEN (ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL) La entrega total de la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL se realizará según fechas establecidas en el Contrato Administrativo HGLA-052-2024 por Subasta Inversa Electrónica conforme el Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Valor Total de la Factura	\$ 126,000.00 más IVA
Nº de Factura:	
Nº Días de Entrega sin Mora:	El contratista deberá entregar el Equipo Médico en la bodega del Hospital General Latacunga, sin costo adicional para la institución en (1) una sola entrega total, el plazo será de (60) sesenta días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Dentro de este plazo señalado para la entrega del equipo, se deberá cumplir las siguientes actividades: • Instalación • Puesta en Funcionamiento • Capacitación

	El contratista garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo médico durante la vida útil.
Fecha de Emisión del Contrato:	12-09-2024
Fecha de Aceptación del Contrato:	12-09-2024
Fecha de suspensión del contrato:	18-11-2024
Fecha de reanudación del contrato:	08-12-2024
Fecha Máxima de la Entrega sin Mora:	11-12-2024
Fecha de Entrega en la Institución:	13-12-2024

6.- CALCULO DE MORA:

Cuando el proveedor entregue el equipo médico Instalado, Puesto en Funcionamiento y la Capacitación respectiva que son parte del Contrato Administrativo cuyo objeto es la **“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLÓGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA”** en fecha posterior al plazo establecido en el contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del TRES por mil (3X1000), por cada día de retraso, la multa se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo determina el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

DESCRIPCIÓN	DETALLE
6.1 Valor de la entrega actual	\$ 126.000,00
6.2 Número de días retraso:	2 días
6.3 Valor mora 3 X 1000 x día	\$ 426,00
6.4 VALOR TOTAL MORA:	\$ 852,00

6.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Al efecto, el contratista entrega a la entidad contratante el siguiente bien:

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO OFERTADO	MARCA	MODELO	SERIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	OBSERVACIONES
1	1	SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL	CALLENGER	HF 59R	Digiscan-v30	\$ 142.000,00	\$ 142.000,00	Ninguna

ENTREGA TOTAL DEL BIEN (SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL)

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO		
Ficha Técnica:		INT-03 Rev-04		
Código:		INT-03		
Revisión:		Rev-04		
Mes-Año:		Enero - 2023		
Vigencia:		Desde: 01-01-2023		
		Hasta: 31-12-2024		
Tipo:		Equipo médico		
DESCRIPCIÓN REQUERIDA		DESCRIPCIÓN RECIBIDA	CUMPLE SI/NO	
Nombre:		SISTEMA RADIOGRAFICO / FLUOROSCOPICO - MOVIL CON FLAT PANEL MARCA: ALLENGERS MODELO: HF 59R SERIE: DIGISCAN V-30 AÑO DE FABRICACIÓN: 2024-10 SERIAL: 2K24100279-DC	SI CUMPLE	
ATRIBUTO	ITEM	VALOR		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:				
Características específicas				
Tipo:	1,01	Arco en C con detector de imagen flat panel	Arco en C con detector de imagen flat panel	SI CUMPLE
Características específicas				
Carro de monitor	2,01	Un (1) Monitor tamaño ≥ 32 pulgadas o ≥ 2 monitores de tamaño ≥ 19 pulgadas	32" Monitor mounted on mobile trolley with adjustable height.	SI CUMPLE
	2,02	Resolución del monitor ≥ 1280 x ≥ 1024 píxeles	2560x1440 p	SI CUMPLE
Brazo Arco en C	3,01	Profundidad ≥ 70 cm	824±05mm	SI CUMPLE
	3,02	Espacio libre (vertical) ≥ 76 cm	850±10mm	SI CUMPLE
	3,03	Desplazamiento horizontal ≥ 20 cm	210±10mm (manual movement)	SI CUMPLE
	3,04	Desplazamiento vertical ≥ 38 cm	430±10mm(actuator driven)	SI CUMPLE
	3,05	Giro orbital total (suma ejes positivo y negativo) ≥ 140°	Arc Orbital Movement 120°±1°, -45°±1°	SI CUMPLE
	3,06	Giro lateral total o angulación (suma ejes positivo y negativo) ≥ 360°	±180°±5° (manual movement)	SI CUMPLE
	3,07	Distancia entre fuente y receptor de imagen (SID) ≥ 95 cm	Focus to FPD Distance. 1000mm±05mm	SI CUMPLE
	3,08	Giro panorámico (swivel) ± 10 ° o mayor giro	Wing Wang. ±12.5° (manual movement)	SI CUMPLE
Tubo de rayos x	4,01	Ánodo de Tubo de Rayos X rotatorio	Rotating Anode	SI CUMPLE
	4,02	Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo ≥ 300.000 HU o equivalente	365KHU	SI CUMPLE
	4,03	Disipación de calor del ánodo ≥ 70.000 HU/min	81KHU/min (1000W)	SI CUMPLE
	4,04	Punto focal ≤ 0,6 mm	0.3 Y 0.6 mm	SI CUMPLE
Generador de rx	5,01	Potencia del generador ≥ 12 kW	15 KW	SI CUMPLE
Modo Radiografía	6,01	Valor de voltaje máximo ≥ 120 kV	120 KV	SI CUMPLE

	6,02	Valor de corriente máxima ≥ 75 mA	150mA	SI CUMPLE
Modo Fluoroscopia	7,02	Valor de corriente máxima ≥ 20 mA	60 mA	SI CUMPLE
	7,03	Fluoroscopia pulsada	Fluoroscopia pulsada	SI CUMPLE
	7,04	Pulsos por segundo ≥ 15	30 FPS	SI CUMPLE
Detector	8,01	Detector de panel plano	Detector de panel plano	SI CUMPLE
	8,02	Tamaño $\geq 25 \times \geq 25$ cm	307.2mm(h) x 307.2mm (v)	SI CUMPLE
	8,03	Matriz de resolución $\geq 1000 \times \geq 1000$ píxeles	2048(h)x2048(v)	SI CUMPLE
	8,04	Conversión análogo digital o resolución de imagen digital o profundidad de digitalización ≥ 16 bits	16 bits	SI CUMPLE
	8,05	Tamaño de pixeles $\mu m \leq 200$	150 μm	SI CUMPLE
Procesamiento de imagen y almacenamiento	9,01	Capacidad de almacenamiento ≥ 40.000 imágenes	150000 Imágenes	SI CUMPLE
	9,02	Almacenamiento de imágenes en disco duro, o USB, o CD/DVD-RW	Disco duro de 1TB para almacenar imágenes	SI CUMPLE
	9,03	Matriz de la imagen $\geq 1k \times 1k$ pixeles	1k x 1k/1.5kx1.5k	SI CUMPLE
Sistema de integración DICOM con licencias habilitadas	10,01	Requerido	Requerido	SI CUMPLE
Accesorios				
	11,01	Impresora térmica, blanco y negro	Impresora térmica, blanco y negro	SI CUMPLE
	11,02	Papel: Cinco (5) rollos compatibles con la impresora	Papel: Cinco (5) rollos compatibles con la impresora	SI CUMPLE

Accesorios	11,03	Dos (2) juego de envolturas esterilizables para tubo, arco y detector	Dos (2) juego de envolturas esterilizables para tubo, arco y detector	SI CUMPLE
	11,04	Un (1) control remoto de mano para controlar funciones de arco en C	Un (1) control remoto de mano para controlar funciones de arco en C	SI CUMPLE
	11,05	Un (1) Interruptor de mano para liberación de radiación	Un (1) Interruptor de mano para liberación de radiación	SI CUMPLE
	11,06	Un (1) Interruptor de pie para liberación de radiación		SI CUMPLE
	11,07	Dos (2) juegos de chaleco y falda plomados Dos (2) kit de protectores de gónadas (3 tamaños) Dos (2) pares de guantes de protección con plomo. Tamaño a elección del establecimiento de salud Dos (2) gafas de protección radiológica Dos (2) protectores de tiroides para rayos x	Dos (2) juegos de chaleco y falda plomados. Dos (2) kit de protectores de gónadas (3 tamaños)S-M-L Dos (2) pares de guantes de protección con plomo. Tamaño a elección del establecimiento de salud Dos (2) gafas de protección radiológica Dos (2) protectores	SI CUMPLE
OTRAS ESPECIFICACIONES:				
Energía/alimentación	12,01	110~220 VAC / 60 Hz. De acuerdo a la necesidad del Establecimiento de Salud	110VAC / 60 Hz.	SI CUMPLE
Certificación	12,02	Certificación FDA y/o CE	Certificación FDA y/o CE	SI CUMPLE
Garantía técnica de fábrica	12,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.	SI CUMPLE
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	12,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.	SI CUMPLE
Mantenimiento	12,05	Durante la vida útil, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento el ajuste y revisión de los parámetros de funcionamiento; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al	Durante la vida útil, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento el ajuste y revisión de los parámetros de funcionamiento; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al	SI CUMPLE

		año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.	año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.	
	12,06	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).	Garantía del servicio técnico (mano de obra) hasta la siguiente visita de mantenimiento preventivo, es decir, de suscitarse eventos que requieran de visitas de mantenimiento correctivo, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo alguno para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del equipo. Esta garantía no incluye la provisión de repuestos, accesorios o consumibles (después de los dos primeros años).	SI CUMPLE
Vida útil	12,07	10 años	10 años	SI CUMPLE

7.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Se deja constancia que la Instalación, Puesta en Funcionamiento y Capacitación respectiva que son parte del Contrato Administrativo para la **“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA”** recibidos cumplen con todas las especificaciones técnicas, según se desprende del informe técnico respectivo.

Así mismo la comisión ha revisado que se cumplan con las obligaciones económicas y legales requeridas por la Contratante.

8.- REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS Y PENDIENTES DE PAGO:

En la presente contratación, debido a la naturaleza del objeto de contratación, así como las normas jurídicas vigentes que regulan la figura de reajuste de precios, no se estableció dicha posibilidad, por lo tanto, no aplica fórmulas de reajustes ni existen pendientes de pago por este concepto.

9.- VERIFICACIÓN DE VAE EN BIENES Y SERVICIOS:

Al efecto, la comisión de recepción tiene a bien indicar lo siguiente: para la **“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA RADIOGRÁFICO / FLUOROSCOPICO - MÓVIL CON FLAT PANEL PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA” CONTRATO ADMINISTRATIVO: HGLA-052-2024**, la verificación del VAE se Establece la siguiente tabla.

Identificador del Producto	Descripción del Producto	Umbral VAE 10102018 B&S
4811000111	EQUIPO DE RADIOLOGÍA RODABLE ARCO EN C, PARA QUIROFANOS. INTENSIFICADOR DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN.	00,00%

--	--	--

Identificador del Producto	Descripción del Producto	Umbral VAE 10102018 B&S
871540012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	31,09%

En constancia de lo actuado las partes firman en unidad de acto. Los miembros que intervinieron se comprometen en firmar electrónicamente de conformidad con las normas y principios que regulan la firma electrónica, en este mismo día.

10.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

La Comisión de Recepción:	
Lic. Eliecer Fernández Pérez	Lic. Claudio Rene Lapo
Administrador de Contrato	Delegado Técnico

Por el contratista
Ing. Luis Enrique Zambrano Ferrer
Gerente General de la empresa DIMED HEALTHCARE S.A.

Firma de responsabilidad del Guardalmacén

Revisado por:	<i>Economista: María Eufemia Chimborazo</i>
Cargo:	Guardalmacén

