

DATASHEET ANOTADO · Verificación de Cumplimiento INT-01

Total ítems procesados: 50 | Resultados: 8 | No encontrados (con nota): 42 | Omitidos (accesorios/garantías): 21

Leyenda:

- = Cumple (valor encontrado en el datasheet)
- = No cumple

Detalle de anotaciones:

ITEM	REQUISITO	CUMPLE	VERIFICAR EN
1	Digital	•	Datasheet Pag. #1
2	Alta frecuencia	•	Datasheet Pag. #2
3	Rango mínimo menor o igual que: 20	•	Datasheet Pag. #2
4	Rango máximo mayor o igual que: 5	•	Datasheet Pag. #2
5	Menor o igual que 4	•	Datasheet Pag. #2
6	Rotatorio	•	Datasheet Pag. #2
7	Mayor o Igual que 162.000	•	Datasheet Pag. #2
8	Menor o Igual que 0,1 mm	•	Datasheet Pag. #2
9	Mayor o Igual que 0,3 mm	•	Datasheet Pag. #2
10	Entre los valores de: 24 x 30 (± 3 cm)	•	Datasheet Pag. #2
11	Mayor o Igual que 14	•	Datasheet Pag. #2
12	Menor o Igual que 100	•	Datasheet Pag. #2
13	Automático o seleccionable por el usuario	•	Datasheet Pag. #2
14	Automática y/o manual	•	Datasheet Pag. #5
15	3 kg a 20 kg	•	Datasheet Pag. #5
16	Mayor o Igual que 135	•	Datasheet Pag. #5
17	Mayor o Igual que 60	•	Datasheet Pag. #5
18	Requerido	•	Datasheet Pag. #5
19	Menor o Igual que 25	•	Datasheet Pag. #3
20	Mayor o Igua que ± 25°	•	Datasheet Pag. #3
21	Menor o Igual que 1	•	Datasheet Pag. #3
22	Mayor o Igua que 9	•	Datasheet Pag. #3
23	Requerido	•	Datasheet Pag. #2, #5
24	Requerido	•	Datasheet Pag. #3
25	Dicom Send	•	Datasheet Pag. #6
26	Dicom Print	•	Datasheet Pag. #6
27	Dicom Storage	•	Datasheet Pag. #6
28	Dicom Query / Retrieve	•	Datasheet Pag. #6
29	Dicom WorList	•	Datasheet Pag. #6
30	Paleta de compresión para mama grande	•	Datasheet Pag. #5
31	Paleta de compresión para mama pequeña	•	Datasheet Pag. #5
32	Ccono de compresión	•	Datasheet Pag. #5
33	Cono de magnificación	•	Datasheet Pag. #5
34	Paleta con rejilla fenestrada	•	Datasheet Pag. #5
35	Uno (1) (Requerido)	•	Datasheet Pag. #4
36	Soporte de pared para protecciones plomadas	•	
37	Dos (2) delantales de protección con plomo Talla: M y L	•	
38	Dos (2) pares de gafas de protección radiológica	•	
39	Dos (2) protectores de tiroides para Rx	•	
40	Un (1) juego de chaleco y faldilla de protección de Rx	•	
41	Una (1) (Requerido)	•	
42	Un (1) monitor de 3 MP grado médico, tamaño pantalla ma	•	Datasheet Pag. #7
43	CPU con procesador de 4 núcleos o superior	•	Datasheet Pag. #7

44	Memoria RAM mayor o igual a 8 [GB]	•	Datasheet Pag. #7
45	Teclado en español y mouse	•	
46	Disco duro mayor o igual a 1000 [GB] para imágenes	•	Datasheet Pag. #7
47	Disco de estado solido mayor o igual a 250 [GB] para si	•	
48	Puertos USB al menos dos (2)	•	Datasheet Pag. #7
49	Unidad CD/DVD-Rw	•	Datasheet Pag. #7
50	Requerido, acorde a las especificaciones de energía de	•	Datasheet Pag. #7
51	Dual con monitores de 5 MP grado médico, tamaño pantall	•	Datasheet Pag. #8
52	CPU con procesador de 4 núcleos o superior	•	Datasheet Pag. #8
53	Memoria RAM mayor o igual a 16 [GB]	•	Datasheet Pag. #8
54	Teclado en español y mouse	•	
55	Disco duro mayor o igual a 1000 [GB] para imágenes	•	Datasheet Pag. #9
56	Disco de estado solido mayor o igual a 256 [GB] para si	•	
57	Puertos USB al menos dos (2)	•	Datasheet Pag. #9
58	Unidad CD/DVD-Rw	•	Datasheet Pag. #9
59	Requerido, acorde a las especificaciones de energía de	•	Datasheet Pag. #9
60	Una (1) impresora para computador (PC) blanco y negro (	•	
61	Documento de autorización de comercialización, en al me	•	
62	Certificado de sistema de gestión de la calidad para di	•	
63	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos	•	
64	IEC 60601-1-8 Requisitos generales para la seguridad b	•	
66	IEC 60601-1-3 Equipos electromédicos. Parte 1-3: Requis	•	
67	IEC 60601-2-45 Requisitos particulares para la segurida	•	
68	Voltaje de Alimentación: 220~400 VAC / 60 Hz (Voltios	•	Datasheet Pag. #10
69	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bi	•	
70	Deberán proporcionarse los protocolos técnicos de	•	
71	Entrenamiento con certificación para el personal técnic	•	
72	Entrenamiento con certificación para el/los usuario/s p	•	

EQUIPO MÉDICO (BIOMÉDICO)

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	MAM-03-R07
REVISIÓN:	SEPTIMO
NOMBRE GENÉRICO:	MAMÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS
FECHA DE VERSIÓN INICIAL:	1/1/2023
FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	1/1/2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ATRIBUTO	VALOR
Configuración General		
1	Tipo	Digital
Generador de Rx		
2	Tipo	Alta frecuencia
3	Rango de kV	Rango mínimo menor o igual que: 20 Rango máximo mayor o igual que: 49
4	Rango de mAs (foco grande, foco pequeño)	Rango mínimo menor o igual que: 5 Rango máximo mayor o igual que: 600
5	Tiempo de exposición	Menor o igual que 4
Tubo de Rx		
6	Tipo de ánodo	Rotatorio
7	Capacidad calórica del ánodo [HU]	Mayor o Igual que 162.000
8	Tamaño del punto focal	Foco pequeño: Menor o Igual que 0,1
9		Foco grande: Mayor o Igual que 0,3 mm
Detector digital		
10	Tamaño aproximado del detector [cm]	Entre los valores de: 24 x 30 (± 3 cm)
11	Profundidad de bits de la imagen o resolución [bits]	Mayor o Igual que 14
12	Tamaño del pixel [µm]	Menor o Igual que 100
Brazo isocéntrico		
13	Colimación	Automático o seleccionable por el usuario
14	Compresión	Automática y/o manual
15		Entre los valores: 3 kg a 20 kg
16	Rango de rotación del brazo, por cada lado / eje	Mayor o Igual que 135
17	Distancia foco - imagen (DFI o SID) [cm]	Mayor o Igual que 60
18	Indicador de espesor de compresión y de fuerza de compresión	Requerido
Tomosíntesis		
19	Tiempo de barrido/escaneo [s]	Menor o Igual que 25
20	Ángulo de barrido/escaneo [grados]	Mayor o Igua que ± 25°
21	Espacio o espesor entre cortes o planos reconstruidos [mm]	Menor o Igual que 1
22	Número de disparos o proyecciones generadas	Mayor o Igua que 9
23	Software para reconstrucción y procesamiento de imágenes	Requerido



24	Control automático de exposición (AEC)	Requerido
Sistema de integración		
25	Licencias (abiertas) Dicom 3.0	Dicom Send
26		Dicom Print
27		Dicom Storage
28		Dicom Query / Retrieve
29		Dicom WorList
Accesorios		
30	Paletas	Paleta de compresión para mama grande
31		Paleta de compresión para mama pequeña
32		Cono de compresión
33		Cono de magnificación
34		Paleta con rejilla fenestrada
35	Interruptor de pedal o de mano	Uno (1) (Requerido)
36	Soporte o percha	Soporte de pared para protecciones plomadas
37	Protecciones plomadas	Dos (2) delantales de protección con plomo Talla: M y L
38		Dos (2) pares de gafas de protección radiológica
39		Dos (2) protectores de tiroides para Rx
40		Un (1) juego de chaleco y faldilla de protección de Rx
41	Pantalla con blindaje de protección móvil	Una (1) (Requerido)
42	Estación de adquisición de imagen	Un (1) monitor de 3 MP grado médico, tamaño pantalla mayor o igual a 21 [pulgadas]
43		CPU con procesador de 4 núcleos o superior
44		Memoria RAM mayor o igual a 8 [GB]
45		Teclado en español y mouse
46		Disco duro mayor o igual a 1000 [GB] para imágenes
47		Disco de estado solido mayor o igual a 250 [GB] para sistema
48		Puertos USB al menos dos (2)
49		Unidad CD/DVD-Rw
50	UPS ON LINE estación de adquisición	Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación, mínimo 10 minutos de respaldo.
51	Estación de procesamiento/revisión de imagen	Dual con monitores de 5 MP grado médico, tamaño pantalla mayor o igual a 21 [pulgadas]
52		CPU con procesador de 4 núcleos o superior
53		Memoria RAM mayor o igual a 16 [GB]
54		Teclado en español y mouse
55		Disco duro mayor o igual a 1000 [GB] para imágenes
56		Disco de estado solido mayor o igual a 256 [GB] para sistema
57		Puertos USB al menos dos (2)
58		Unidad CD/DVD-Rw
59	UPS estación de procesamiento	Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación, mínimo 10 minutos de respaldo
60	Impresora	Una (1) impresora para computador (PC) blanco y negro (B&W) o color
CERTIFICACIONES DE PRODUCTO DE FABRICACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL		



61	Autorización de comercialización	Documento de autorización de comercialización, en al menos una de las siguientes autoridades reguladoras: Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Brasil; Health Canada, Canadá; Autoridades reguladoras de países miembros de la Unión Europea; Health Sciences Authority (HSA), Singapur; US Food and Drug Administration (FDA), EE.UU, Conformité Européenne (CE), Underwriters Laboratories (UL)
62	Normas para el fabricante	Certificado de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos (ISO 13485) VIGENTE
63	Normas específicas para el producto de fabricación nacional o internacional	IEC 60601-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
64		IEC 60601-1-8 Requisitos generales para la seguridad básica y el rendimiento esencial - Estándar colateral: pruebas y orientación para sistemas de alarma en equipos médicos eléctricos y electrónicos con requisitos de seguridad y desempeño, la IEC 60601-1-8 A2 enfatizando la usabilidad, la seguridad del paciente y la efectividad en la integración de tecnología médica en entornos de atención clínica.
66		IEC 60601-1-3 Equipos electromédicos. Parte 1-3: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Radioprotección en equipos de rayos X para diagnóstico.
67		IEC 60601-2-45 Requisitos particulares para la seguridad básica y el rendimiento esencial de los equipos de rayos X mamográficos y los dispositivos estereotácticos mamográficos.
OTRAS ESPECIFICACIONES		
68	Energía / Alimentación	Voltaje de Alimentación: 220~400 VAC / 60 Hz (Voltios Corriente Alterna) Frecuencia: 60 Hz (HERTZ)
69	Garantía	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO		
70	Mantenimiento técnico	Deberán proporcionarse los protocolos técnicos de mantenimiento. Capacitaciones para el equipo técnico de mantenimiento (impartidas también en formato online, en caso de aplicar). Las capacitaciones incluirán temas relacionados con el uso de herramientas de control y garantía de calidad proporcionadas para las pruebas en el equipo.
71	Mantenimiento / Cuidados usuario	Entrenamiento con certificación para el personal técnico en mantenimiento básico del equipo. Entrenamiento con certificación para el personal del Area en cuidados, manejo, limpieza, desinfección del equipo. Los entrenamientos serán al menos de forma semestral durante los dos (2) años de garantía.



72	Aplicacionista	Entrenamiento con certificación para el/los usuario/s por medio de un aplicacionista, configuración de los ajustes preestablecidos conforme usuario, especialidad y uso.
----	----------------	--