

METROTÉCNICA

CALIBRAÇÃO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. ME

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NR. PAQUIMETRO DIGITAL

Cliente: Empresa Teste
Endereço: ---, - /
Instrumento: PAQUIMETRO DIGITAL 150MM Modelo: 500-196-30
Fabricante: MITUTOYO Faixa: 150mm
Nº cadastro: PAQUIMETRO DIGITAL Resolução: 0.01mm

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO:

A calibração foi realizada por comparação, conforme procedimento interno de calibração da Metrotécnica.

Temperatura: 20 ± 1 °C

Umidade relativa do ar: $60 \pm 10\%$

TABELA DE RESULTADOS OBTIDOS

Parâmetro	Mínimo Tolerado	Máximo Tolerado	Valor Aferido
Lado Passa	99,980	100,020	100,000
Lado Não Passa	49,980	50,020	50,010

INCERTEZA DE MEDIÇÃO:

Incerteza expandida = 0.02 mm

A incerteza declarada é baseada em uma incerteza padronizada combinada multiplicada por um fator de abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%.

OBSERVAÇÕES

- No momento do recebimento, o equipamento encontrava-se sem avarias, não houve necessidade de efetuar ajustes.
- Os resultados aplicam-se somente ao instrumento ensaiado. Não é permitida a reprodução parcial deste certificado.

Várzea Paulista, 15/01/2026

Administrador Sistema
Metrologista

José Rubens Cardoso da Costa
Metrologista responsável

EVIDÊNCIA DE AUTENTICIDADE: Assinado eletronicamente via Sistema Metrotécnica conforme MP 2.200-2/2001.

IP: 0:0:0:0:0:0:0:1 | Hash: bd15bb83da3cc1a52441e3a113f31c5d



Validar Documento