

Informe final Experimento 3M

mttestv2 | generado el 03/06/2026 12:42:02

Resumen

Animal/crotal: 184 | Motivo de cierre: BLOQUE_COMPLETADO. El Experimento 3M compara configuraciones del MAX3010x usando la referencia manual como ancla principal, y despues penaliza ruido, artefactos, saturacion, PI bajo y SpO2 no usable.

Resultado	Valor
Mejor configuracion	3M 06 - RED199 IR159 AVG4 ADC16384
Parametros sensor	RED 199 IR 159 AVG 4 ADC 16384
Puntuacion	61.6 / 100
Pulso referencia	82.5 BPM
BPM PPG	84.8 BPM
Diferencia	2.3 BPM
SpO2 experimental	66.8 %
Lectura	BPM muy cerca de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable

Historial de tramos

#	Config.	Ref.	BPM	Dif.	Score	SpO2	Nota
1	3M 06 - RED199 IR159 AVG4 ADC16384	82.5	84.8	2.3	61.6	no	BPM muy cerca de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
2	3M 04 - RED199 IR159 AVG1 ADC16384	85.0	89.2	4.2	52.9	no	BPM muy cerca de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
3	3M 08 - RED199 IR159 AVG2 ADC8192	81.0	86.5	5.5	41.6	no	BPM cerca de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
4	3M 07 - RED199 IR159 AVG4 ADC8192	83.5	80.7	2.8	38.3	no	BPM muy cerca de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
5	3M 02 - RED63 IR63 AVG1 ADC16384	79.5	75.4	4.1	37.9	no	BPM muy cerca de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
6	3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384	82.5	81.4	1.1	37.3	no	BPM muy cerca de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
7	3M 09 - RED159 IR159 AVG4 ADC16384	78.5	88.9	10.4	34.5	no	BPM algo separada de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
8	3M 12 - RED159 IR159 AVG2 ADC16384	80.0	87.8	7.8	29.2	no	BPM cerca de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable

9	3M 10 - RED159 IR159 AVG4 ADC8192	78.5	69.8	8.7	6.2	no	BPM cerca de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable; artefactos altos
10	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384	85.0	110.6	25.6	6.1	no	BPM lejos de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
11	3M 11 - RED199 IR159 AVG1 ADC8192	77.5	50.3	27.2	0.0	no	BPM lejos de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED suficiente; SpO2 aun no fiable
12	3M 03 - RED127 IR127 AVG1 ADC16384	79.5	45.3	34.2	0.0	no	BPM lejos de referencia; calidad baja; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable

Decisiones tomadas

#	Despues de	Siguiente	Motivo
1	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384	3M 02 - RED63 IR63 AVG1 ADC16384	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2
2	3M 02 - RED63 IR63 AVG1 ADC16384	3M 03 - RED127 IR127 AVG1 ADC16384	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2
3	3M 03 - RED127 IR127 AVG1 ADC16384	3M 04 - RED199 IR159 AVG1 ADC16384	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2
4	3M 04 - RED199 IR159 AVG1 ADC16384	3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2
5	3M 05 - RED199 IR159 AVG2 ADC16384	3M 06 - RED199 IR159 AVG4 ADC16384	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2
6	3M 06 - RED199 IR159 AVG4 ADC16384	3M 07 - RED199 IR159 AVG4 ADC8192	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2; mantiene el AVG de la mejor candidata provisional
7	3M 07 - RED199 IR159 AVG4 ADC8192	3M 08 - RED199 IR159 AVG2 ADC8192	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2; mantiene el AVG de la mejor candidata provisional
8	3M 08 - RED199 IR159 AVG2 ADC8192	3M 09 - RED159 IR159 AVG4 ADC16384	sube IR porque el PI IR es bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2; mantiene el AVG de la mejor candidata provisional
9	3M 09 - RED159 IR159 AVG4 ADC16384	3M 10 - RED159 IR159 AVG4 ADC8192	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2; mantiene el AVG de la mejor candidata provisional
10	3M 10 - RED159 IR159 AVG4 ADC8192	3M 11 - RED199 IR159 AVG1 ADC8192	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2; usa AVG4 porque hay artefactos/ruido
11	3M 11 - RED199 IR159 AVG1 ADC8192	3M 12 - RED159 IR159 AVG2 ADC16384	sube IR porque el PI IR es bajo; busca una pareja RED/IR con SpO2 calculable; mantiene el AVG de la mejor candidata provisional

Criterio de lectura

La referencia manual es la media de pulso previo, pulsioximetro final y fonendo final; valores 0 o vacios se ignoran. La mejor candidata es la que queda mas cerca de esa referencia y mantiene una senal PPG defendible: PI suficiente, pocos artefactos, saturacion baja y SpO2 experimental calculable. El resultado orienta la configuracion del sensor; no sustituye validacion fisiologica externa.