

Informe final Experimento 3M

mttestv2 | generado el 03/06/2026 12:15:43

Resumen

Animal/crotal: SIN_CROTAL | Motivo de cierre: STOP_BLOQUE_MANUAL. El Experimento 3M compara configuraciones del MAX3010x usando la referencia manual como ancla principal, y despues penaliza ruido, artefactos, saturacion, PI bajo y SpO2 no usable.

Resultado	Valor
Mejor configuracion	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384
Parametros sensor	RED 31 IR 31 AVG 1 ADC 16384
Puntuacion	46.8 / 100
Pulso referencia	90.0 BPM
BPM PPG	84.7 BPM
Diferencia	5.3 BPM
SpO2 experimental	80.9 %
Lectura	BPM cerca de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable

Historial de tramos

#	Config.	Ref.	BPM	Dif.	Score	SpO2	Nota
1	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384	90.0	84.7	5.3	46.8	no	BPM cerca de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
2	3M 03 - RED31 IR31 AVG4 ADC16384	77.0	45.4	31.6	18.9	si	BPM lejos de referencia; calidad media; PI IR suficiente; PI RED suficiente; SpO2 usable
3	3M 04 - RED31 IR31 AVG2 ADC16384	71.0	46.2	24.8	1.9	no	BPM lejos de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable
4	3M 02 - RED63 IR63 AVG1 ADC16384	86.5	49.1	37.4	0.0	si	BPM lejos de referencia; calidad baja; PI IR suficiente; PI RED suficiente; SpO2 usable; artefactos altos

Decisiones tomadas

#	Despues de	Siguiente	Motivo
1	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384	3M 02 - RED63 IR63 AVG1 ADC16384	sube IR porque el PI IR es muy bajo; sube RED relativo a IR para mejorar SpO2
2	3M 02 - RED63 IR63 AVG1 ADC16384	3M 03 - RED31 IR31 AVG4 ADC16384	usa AVG4 porque hay artefactos/ruido
3	3M 03 - RED31 IR31 AVG4 ADC16384	3M 04 - RED31 IR31 AVG2 ADC16384	explora alrededor de la mejor candidata provisional

Criterio de lectura

La referencia manual es la media de pulso previo, pulsioximetro final y fonendo final; valores 0 o vacios se ignoran. La mejor candidata es la que queda mas cerca de esa referencia y mantiene una senal PPG defendible: PI suficiente, pocos artefactos, saturacion baja y SpO2 experimental calculable. El resultado orienta la configuracion del sensor; no sustituye validacion fisiologica externa.