

Informe final Experimento 3M

mttestv2 | generado el 04/06/2026 12:46:12

Resumen

Animal/crotal: SIN_CROTAL | Motivo de cierre: STOP_BLOQUE_MANUAL. El Experimento 3M compara configuraciones del MAX3010x usando la referencia manual como ancla principal, y despues penaliza ruido, artefactos, saturacion, PI bajo y SpO2 no usable.

Resultado	Valor
Mejor configuracion	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384
Parametros sensor	RED 31 IR 31 AVG 1 ADC 16384
Puntuacion	43.1 / 100
Pulso referencia	65.0 BPM
BPM PPG	70.8 BPM
Diferencia	5.8 BPM
SpO2 experimental	98.5 %
Lectura	BPM cerca de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable

Historial de tramos

#	Config.	Ref.	BPM	Dif.	Score	SpO2	Nota
1	3M 01 - RED31 IR31 AVG1 ADC16384	65.0	70.8	5.8	43.1	no	BPM cerca de referencia; calidad media; PI IR bajo; PI RED bajo; SpO2 aun no fiable

Decisiones tomadas

No se registraron decisiones adaptativas posteriores al primer tramo.

Criterio de lectura

La referencia manual es la media de pulso previo, pulsioximetro final y fonendo final; valores 0 o vacios se ignoran. La mejor candidata es la que queda mas cerca de esa referencia y mantiene una senal PPG defendible: PI suficiente, pocos artefactos, saturacion baja y SpO2 experimental calculable. El resultado orienta la configuracion del sensor; no sustituye validacion fisiologica externa.