declaraR: Evaluación de la Conformidad Metrológica

Versión: 2026.01

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD METROLÓGICA

Fecha de emisión: 2026-10-12 | Referencia: JCGM 106:2012 / ILAC G8:09/2019

1. Identificación del Ensayo

Mensurando / Propiedad:	pH en agua potable	**Unidades de Medida:**	unidades de pH
Norma de Referencia:	Resolución 2115 de 2007. República de Colombia		
Regla de Decisión Aplicada:	Regla Simple (Aceptación Simple / Shared Risk, w = 0)		

2. Resultados de Medición e Intervalos Metrológicos

Valor Medido (y):	7.1 unidades de pH	**Incertidumbre Expandida (U, k=2):**	0.12 unidades de pH
Límites de Tolerancia (TL):	[6.5, 9] unidades de pH	**Banda de Guarda (w = r * U):**	0 unidades de pH (r = 0)
Límites de Aceptación (AL):	[6.5, 9] unidades de pH	**Relación TUR:**	10.42:1

3. Evaluación de Riesgos y Dictamen Final

DICTAMEN: CONFORME (PASS)

Probabilidad de Conformidad (Pc):	100 %
Riesgo Específico del Consumidor (Falsa Aceptación R_C*):	0 %

Declaración de Responsabilidad Metrológica: La declaración de conformidad aquí emitida toma en cuenta la incertidumbre de medición acorde con la regla de decisión especificada, cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2017.