

报表生成时间: 2019-12-30 14:02:02

型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 13:58:13 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 172.200g

标准流量计累计流量: 251.847ml

标准流量计最后流速: 251.897ml/min

标准流量计平均流速: 90.914ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 250.747ml

1#流量计最后流速: 250.797ml/min

1#流量计平均流速: 213.572ml/min

累计流量与天平误差: 78.547ml(g)

误差百分比: 45.614% 标定读取失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:58:45 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 568.200g

标准流量计累计流量: 376.262ml

标准流量计最后流速: 376.312ml/min

标准流量计平均流速: 90.914ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 375.161ml

1#流量计最后流速: 375.211ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -193.039ml(g)

误差百分比: -33.974% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:59:18 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1133.600g

标准流量计累计流量: 491.324ml

标准流量计最后流速: 491.374ml/min

标准流量计平均流速: 90.914ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 489.672ml

1#流量计最后流速: 489.722ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -643.928ml(g)

误差百分比: -56.804% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:59:51 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1892.600g

标准流量计累计流量: 605.836ml

标准流量计最后流速: 605.886ml/min

标准流量计平均流速: 90.914ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 604.734ml

1#流量计最后流速: 604.785ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1287.866ml(g)

误差百分比: -68.047% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:00:24 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2845.200g

标准流量计累计流量: 720.898ml

标准流量计最后流速: 720.948ml/min

标准流量计平均流速: 90.914ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 719.246ml

1#流量计最后流速: 719.296ml/min  
1#流量计平均流速: nanml/min  
累计流量与天平误差: -2125.954ml(g)  
误差百分比: -74.721% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:01:01 用时: 16s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 3991.400g  
标准流量计累计流量: 834.859ml  
标准流量计最后流速: 834.909ml/min  
标准流量计平均流速: 90.914ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 833.758ml  
1#流量计最后流速: 833.808ml/min  
1#流量计平均流速: nanml/min  
累计流量与天平误差: -3157.642ml(g)  
误差百分比: -79.111% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:01:18 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 4821.600g  
标准流量计累计流量: 900.373ml  
标准流量计最后流速: 900.423ml/min  
标准流量计平均流速: 2909.263ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 900.923ml  
1#流量计最后流速: 900.974ml/min  
1#流量计平均流速: nanml/min  
累计流量与天平误差: -3920.677ml(g)  
误差百分比: -81.315% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:01:39 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 5629.100g  
标准流量计累计流量: 957.078ml  
标准流量计最后流速: 957.128ml/min  
标准流量计平均流速: 2909.263ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 957.629ml  
1#流量计最后流速: 957.679ml/min  
1#流量计平均流速: 0.000ml/min  
累计流量与天平误差: -4671.471ml(g)  
误差百分比: -82.988% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:01:58 用时: 1s  
标准流量计Reset失败!  
天平称重: 6644.100g  
标准流量计累计流量: 1025.895ml  
标准流量计最后流速: 1025.945ml/min  
标准流量计平均流速: 2909.263ml/min

1#流量计Reset失败!  
1#流量计累计流量: 1026.446ml  
1#流量计最后流速: 1026.496ml/min  
1#流量计平均流速: 0.000ml/min  
累计流量与天平误差: -5617.654ml(g)  
误差百分比: -84.551% 验证完成

结束