

报表生成时间: 2019-12-27 15:01:40

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 14:58:22 用时: 16s

天平称重: 113.900g

标准流量计累计流量: 239.753ml

标准流量计最后流速: 239.803ml/min

标准流量计平均流速: 111.501ml/min

1#流量计累计流量: 238.104ml

1#流量计最后流速: 238.104ml/min

1#流量计平均流速: 201.290ml/min

累计流量与天平误差: 124.204ml(g)

误差百分比: 109.047% 已标定

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 14:58:57 用时: 16s

天平称重: 447.600g

标准流量计累计流量: 368.554ml

标准流量计最后流速: 368.604ml/min

标准流量计平均流速: 111.501ml/min

1#流量计累计流量: 367.453ml

1#流量计最后流速: 367.453ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -80.147ml(g)

误差百分比: -17.906% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 14:59:24 用时: 16s

天平称重: 865.700g

标准流量计累计流量: 471.505ml

标准流量计最后流速: 471.555ml/min

标准流量计平均流速: 111.501ml/min

1#流量计累计流量: 470.403ml

1#流量计最后流速: 470.403ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -395.297ml(g)

误差百分比: -45.662% 已验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 14:59:51 用时: 16s

天平称重: 1420.700g

标准流量计累计流量: 574.455ml

标准流量计最后流速: 574.505ml/min

标准流量计平均流速: 111.501ml/min

1#流量计累计流量: 573.354ml

1#流量计最后流速: 573.354ml/min

4#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -847.346ml(g)

误差百分比: -59.643% 已验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 15:00:18 用时: 16s

天平称重: 2112.600g

标准流量计累计流量: 677.405ml

标准流量计最后流速: 677.455ml/min

标准流量计平均流速: 111.501ml/min

1#流量计累计流量: 675.754ml

1#流量计最后流速: 675.754ml/min

5#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1436.846ml(g)

误差百分比: -68.013% 已验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 15:00:45 用时: 16s

天平称重: 2941.400g

标准流量计累计流量: 780.356ml

标准流量计最后流速: 780.406ml/min

标准流量计平均流速: 111.501ml/min

1#流量计累计流量: 778.704ml
1#流量计最后流速: 778.704ml/min
6#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -2162.696ml(g)
误差百分比: -73.526% 已修正成功

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 15:01:12 用时: 16s
天平称重: 3907.100g
标准流量计累计流量: 883.306ml
标准流量计最后流速: 883.356ml/min
标准流量计平均流速: 111.501ml/min

1#流量计累计流量: 881.655ml
1#流量计最后流速: 881.655ml/min
7#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3025.445ml(g)
误差百分比: -77.435% 已验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 15:01:24 用时: 1s
天平称重: 4367.100g
标准流量计累计流量: 927.900ml
标准流量计最后流速: 927.950ml/min
标准流量计平均流速: 3568.019ml/min

1#流量计累计流量: 925.698ml
1#流量计最后流速: 925.698ml/min
8#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -3441.402ml(g)
误差百分比: -78.803% 已修正成功

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 15:01:36 用时: 1s
天平称重: 4852.700g
标准流量计累计流量: 973.044ml
标准流量计最后流速: 973.094ml/min
标准流量计平均流速: 3568.019ml/min

1#流量计累计流量: 973.594ml
1#流量计最后流速: 973.594ml/min
9#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -3879.106ml(g)
误差百分比: -79.937% 已验证完成

结束