

报表生成时间: 2019-12-26 17:58:09

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共3步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-26 17:57:18 用时: 16s

天平称重: 149.600g

标准流量计累计流量: 257.896ml

标准流量计最后流速: 257.946ml/min

标准流量计平均流速: 16.073ml/min

1#流量计累计流量: 257.346ml

1#流量计最后流速: 257.346ml/min

1#流量计平均流速: 220.306ml/min

累计流量与天平误差: 107.746ml(g)

误差百分比: 72.022% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-26 17:57:53 用时: 16s

天平称重: 526.400g

标准流量计累计流量: 387.272ml

标准流量计最后流速: 387.322ml/min

标准流量计平均流速: 16.073ml/min

1#流量计累计流量: 386.722ml

1#流量计最后流速: 386.722ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -139.678ml(g)

误差百分比: -26.535% 已验证完成

结束