

报表生成时间: 2019-12-20 17:36:11
型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(1)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 17:36:07 用时: 1s
天平称重: 4606.700g
标准流量计累计流量: 942.214ml
标准流量计最后流速: 942.254ml/min
标准流量计平均流速: nanml/min

1#流量计累计流量: 941.663ml
1#流量计最后流速: 941.663ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3665.037ml(g)
误差百分比: -79.559% 已验证完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-20 17:33:01 用时: 16s
天平称重: 123.600g
标准流量计累计流量: 235.356ml
标准流量计最后流速: 235.396ml/min
标准流量计平均流速: 198.257ml/min

1#流量计累计流量: 234.806ml
1#流量计最后流速: 234.806ml/min
1#流量计平均流速: 197.673ml/min
累计流量与天平误差: 111.206ml(g)
误差百分比: 89.972% 已标定完成

第(3)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 17:33:28 用时: 16s
天平称重: 375.200g
标准流量计累计流量: 338.275ml
标准流量计最后流速: 338.315ml/min
标准流量计平均流速: 281.540ml/min

1#流量计累计流量: 337.724ml
1#流量计最后流速: 337.724ml/min
1#流量计平均流速: 300.465ml/min
累计流量与天平误差: -37.476ml(g)
误差百分比: -9.988% 已验证完成

第(4)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 17:33:55 用时: 16s
天平称重: 763.700g
标准流量计累计流量: 441.225ml
标准流量计最后流速: 441.265ml/min
标准流量计平均流速: 391.750ml/min

1#流量计累计流量: 440.674ml
1#流量计最后流速: 440.674ml/min
1#流量计平均流速: 403.364ml/min
累计流量与天平误差: -323.026ml(g)
误差百分比: -42.297% 已验证完成

第(5)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 17:34:22 用时: 16s
天平称重: 1289.100g
标准流量计累计流量: 544.175ml
标准流量计最后流速: 544.215ml/min
标准流量计平均流速: 506.873ml/min

1#流量计累计流量: 543.625ml
1#流量计最后流速: 543.625ml/min
1#流量计平均流速: 506.263ml/min
累计流量与天平误差: -745.475ml(g)
误差百分比: -57.829% 已验证完成

第(6)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 17:34:49 用时: 16s
天平称重: 1951.400g
标准流量计累计流量: 647.126ml
标准流量计最后流速: 647.166ml/min
标准流量计平均流速: 609.764ml/min

1#流量计累计流量: 646.025ml
1#流量计最后流速: 646.025ml/min
1#流量计平均流速: 609.179ml/min
累计流量与天平误差: -1305.375ml(g)
误差百分比: -66.894% 已验证完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-20 17:35:16 用时: 16s
天平称重: 2750.600g
标准流量计累计流量: 750.076ml
标准流量计最后流速: 750.116ml/min
标准流量计平均流速: 712.697ml/min

1#流量计累计流量: 748.975ml
1#流量计最后流速: 748.975ml/min
1#流量计平均流速: 712.095ml/min
累计流量与天平误差: -2001.625ml(g)
误差百分比: -72.770% 已修正完成

第(8)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 17:35:43 用时: 16s
天平称重: 3686.700g
标准流量计累计流量: 853.027ml
标准流量计最后流速: 853.067ml/min
标准流量计平均流速: 815.613ml/min

1#流量计累计流量: 851.926ml
1#流量计最后流速: 851.926ml/min
1#流量计平均流速: 814.994ml/min
累计流量与天平误差: -2834.774ml(g)
误差百分比: -76.892% 已验证完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-20 17:35:55 用时: 1s
天平称重: 4133.900g
标准流量计累计流量: 896.519ml
标准流量计最后流速: 896.559ml/min
标准流量计平均流速: 888.852ml/min

1#流量计累计流量: 895.969ml
1#流量计最后流速: 895.969ml/min
1#流量计平均流速: 888.301ml/min
累计流量与天平误差: -3237.931ml(g)
误差百分比: -78.326% 已修正完成

结束