

报表生成时间: 2019-12-27 09:21:40

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 09:18:45 用时: 16s

天平称重: 516.200g

标准流量计累计流量: 392.227ml

标准流量计最后流速: 392.277ml/min

标准流量计平均流速: 114.980ml/min

1#流量计累计流量: 390.576ml

1#流量计最后流速: 390.576ml/min

1#流量计平均流速: 353.722ml/min

累计流量与天平误差: -125.624ml(g)

误差百分比: -24.336% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 09:19:22 用时: 16s

天平称重: 1163.900g

标准流量计累计流量: 526.008ml

标准流量计最后流速: 526.058ml/min

标准流量计平均流速: 114.980ml/min

1#流量计累计流量: 524.356ml

1#流量计最后流速: 524.356ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -639.544ml(g)

误差百分比: -54.948% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 09:19:49 用时: 16s

天平称重: 1796.600g

标准流量计累计流量: 628.958ml

标准流量计最后流速: 629.008ml/min

标准流量计平均流速: 114.980ml/min

1#流量计累计流量: 627.307ml

1#流量计最后流速: 627.307ml/min

3#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -1169.293ml(g)

误差百分比: -65.084% 已验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 09:20:16 用时: 16s

天平称重: 2566.200g

标准流量计累计流量: 731.909ml

标准流量计最后流速: 731.959ml/min

标准流量计平均流速: 114.980ml/min

1#流量计累计流量: 730.257ml

1#流量计最后流速: 730.257ml/min

4#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1835.943ml(g)

误差百分比: -71.543% 已验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 09:20:43 用时: 16s

天平称重: 3472.700g

标准流量计累计流量: 834.859ml

标准流量计最后流速: 834.909ml/min

标准流量计平均流速: 114.980ml/min

1#流量计累计流量: 833.207ml

1#流量计最后流速: 833.207ml/min

5#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -2639.493ml(g)

误差百分比: -76.007% 已验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 09:21:00 用时: 6s

天平称重: 4105.200g

标准流量计累计流量: 897.620ml

标准流量计最后流速: 897.670ml/min

标准流量计平均流速: 334.487ml/min

1#流量计累计流量: 896.519ml
1#流量计最后流速: 896.519ml/min
6#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3208.681ml(g)
误差百分比: -78.161% 已修正完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 09:21:12 用时: 1s
天平称重: 4606.700g
标准流量计累计流量: 944.416ml
标准流量计最后流速: 944.466ml/min
标准流量计平均流速: 3679.357ml/min

1#流量计累计流量: 943.865ml
1#流量计最后流速: 943.865ml/min
7#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3662.835ml(g)
误差百分比: -79.511% 已验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-27 09:21:24 用时: 1s
天平称重: 5137.100g
标准流量计累计流量: 990.110ml
标准流量计最后流速: 990.161ml/min
标准流量计平均流速: 3679.357ml/min

1#流量计累计流量: 989.560ml
1#流量计最后流速: 989.560ml/min
8#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -4147.540ml(g)
误差百分比: -80.737% 已修正完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 09:21:36 用时: 1s
天平称重: 5696.400g
标准流量计累计流量: 1035.805ml
标准流量计最后流速: 1035.855ml/min
标准流量计平均流速: 3679.357ml/min

1#流量计累计流量: 1035.255ml
1#流量计最后流速: 1035.255ml/min
9#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -4661.145ml(g)
误差百分比: -81.826% 已验证完成

结束