

报表生成时间: 2019-12-23 11:25:09
型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(1)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:25:05 用时: 1s
天平称重: 6391.400g
标准流量计累计流量: 1083.702ml
标准流量计最后流速: 1083.742ml/min
标准流量计平均流速: nanml/min

1#流量计累计流量: 1082.601ml
1#流量计最后流速: 1082.601ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -5308.799ml(g)
误差百分比: -83.062% 已验证完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:22:44 用时: 1s
天平称重: 1354.100g
标准流量计累计流量: 546.378ml
标准流量计最后流速: 546.418ml/min
标准流量计平均流速: 464.253ml/min

1#流量计累计流量: 545.276ml
1#流量计最后流速: 545.276ml/min
1#流量计平均流速: 477.617ml/min
累计流量与天平误差: -808.824ml(g)
误差百分比: -59.731% 已验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:23:11 用时: 16s
天平称重: 2031.200g
标准流量计累计流量: 650.980ml
标准流量计最后流速: 651.020ml/min
标准流量计平均流速: 613.583ml/min

1#流量计累计流量: 649.879ml
1#流量计最后流速: 649.879ml/min
1#流量计平均流速: 612.998ml/min
累计流量与天平误差: -1381.321ml(g)
误差百分比: -68.005% 已验证完成

第(4)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-23 11:23:38 用时: 16s
天平称重: 2821.400g
标准流量计累计流量: 753.930ml
标准流量计最后流速: 753.970ml/min
标准流量计平均流速: 716.499ml/min

1#流量计累计流量: 752.829ml
1#流量计最后流速: 752.829ml/min
1#流量计平均流速: 715.880ml/min
累计流量与天平误差: -2068.571ml(g)
误差百分比: -73.317% 已标定完成

第(5)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:24:05 用时: 16s
天平称重: 3741.200g
标准流量计累计流量: 856.330ml
标准流量计最后流速: 856.370ml/min
标准流量计平均流速: 819.415ml/min

1#流量计累计流量: 855.779ml
1#流量计最后流速: 855.779ml/min
1#流量计平均流速: 818.813ml/min
累计流量与天平误差: -2885.421ml(g)
误差百分比: -77.126% 已验证完成

第(6)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:24:17 用时: 1s
天平称重: 4191.600g
标准流量计累计流量: 900.923ml
标准流量计最后流速: 900.964ml/min
标准流量计平均流速: 892.705ml/min

1#流量计累计流量: 899.822ml
1#流量计最后流速: 899.822ml/min
1#流量计平均流速: 892.155ml/min
累计流量与天平误差: -3291.778ml(g)
误差百分比: -78.533% 已验证完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-23 11:24:29 用时: 1s
天平称重: 4698.200g
标准流量计累计流量: 946.618ml
标准流量计最后流速: 946.658ml/min
标准流量计平均流速: 938.400ml/min

1#流量计累计流量: 945.517ml
1#流量计最后流速: 945.517ml/min
1#流量计平均流速: 937.849ml/min
累计流量与天平误差: -3752.683ml(g)
误差百分比: -79.875% 已修正完成

第(8)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-23 11:24:41 用时: 1s
天平称重: 5233.700g
标准流量计累计流量: 992.313ml
标准流量计最后流速: 992.353ml/min
标准流量计平均流速: 984.645ml/min

1#流量计累计流量: 991.212ml
1#流量计最后流速: 991.212ml/min
1#流量计平均流速: 983.544ml/min
累计流量与天平误差: -4242.488ml(g)
误差百分比: -81.061% 已验证完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-23 11:24:53 用时: 1s
天平称重: 5798.100g
标准流量计累计流量: 1038.007ml
标准流量计最后流速: 1038.047ml/min
标准流量计平均流速: 1030.340ml/min

1#流量计累计流量: 1036.906ml
1#流量计最后流速: 1036.906ml/min
1#流量计平均流速: 1029.239ml/min
累计流量与天平误差: -4761.194ml(g)
误差百分比: -82.116% 已修正完成

结束