

报表生成时间: 2019-12-27 14:28:54

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 14:28:39 用时: 16s

天平称重: 104.600g

标准流量计累计流量: 233.707ml

标准流量计最后流速: 233.756ml/min

标准流量计平均流速: 5.209ml/min

1#流量计累计流量: 233.157ml

1#流量计最后流速: 233.157ml/min

1#流量计平均流速: 195.862ml/min

累计流量与天平误差: 128.557ml(g)

误差百分比: 122.903% 已标定完成

结束