

报表生成时间: 2019-12-27 12:57:23

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共3步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 12:56:37 用时: 17s

天平称重: 557.600g

标准流量计累计流量: 396.631ml

标准流量计最后流速: 396.682ml/min

标准流量计平均流速: 24.638ml/min

1#流量计累计流量: 396.081ml

1#流量计最后流速: 396.081ml/min

1#流量计平均流速: 359.039ml/min

累计流量与天平误差: -161.519ml(g)

误差百分比: -28.967% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 12:57:11 用时: 16s

天平称重: 1163.900g

标准流量计累计流量: 523.255ml

标准流量计最后流速: 523.305ml/min

标准流量计平均流速: 24.638ml/min

1#流量计累计流量: 522.704ml

1#流量计最后流速: 522.704ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -641.196ml(g)

误差百分比: -55.090% 已验证完成

结束