

报表生成时间: 2019-12-27 13:00:26

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共1步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 13:00:11 用时: 16s

天平称重: 100.100g

标准流量计累计流量: 232.057ml

标准流量计最后流速: 232.107ml/min

标准流量计平均流速: 5.175ml/min

1#流量计累计流量: 230.958ml

1#流量计最后流速: 230.958ml/min

1#流量计平均流速: 193.921ml/min

累计流量与天平误差: 130.858ml(g)

误差百分比: 130.727% 已标定完成

结束