

报表生成时间: 2019-12-27 11:54:08

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共2步

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 11:53:46 用时: 16s

天平称重: 568.200g

标准流量计累计流量: 394.980ml

标准流量计最后流速: 395.030ml/min

标准流量计平均流速: 10.263ml/min

1#流量计累计流量: 394.429ml

1#流量计最后流速: 394.429ml/min

1#流量计平均流速: 357.112ml/min

累计流量与天平误差: -173.771ml(g)

误差百分比: -30.583% 已验证完成

结束