

报表生成时间: 2019-12-30 14:37:42

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 14:34:08 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 349.700g

标准流量计累计流量: 317.905ml

标准流量计最后流速: 317.955ml/min

标准流量计平均流速: 280.759ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 317.354ml

1#流量计最后流速: 317.404ml/min

1#流量计平均流速: 280.175ml/min

累计流量与天平误差: -32.346ml(g)

误差百分比: -9.250% 标定读取失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:34:41 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 865.700g

标准流量计累计流量: 442.326ml

标准流量计最后流速: 442.376ml/min

标准流量计平均流速: 405.284ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 441.776ml

1#流量计最后流速: 441.826ml/min

1#流量计平均流速: 404.716ml/min

累计流量与天平误差: -423.924ml(g)

误差百分比: -48.969% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:35:14 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1541.100g

标准流量计累计流量: 556.838ml

标准流量计最后流速: 556.888ml/min

标准流量计平均流速: 519.520ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 556.287ml

1#流量计最后流速: 556.337ml/min

1#流量计平均流速: 518.952ml/min

累计流量与天平误差: -984.813ml(g)

误差百分比: -63.903% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:35:47 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2410.100g

标准流量计累计流量: 670.799ml

标准流量计最后流速: 670.849ml/min

标准流量计平均流速: 633.722ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 670.248ml

1#流量计最后流速: 670.298ml/min

1#流量计平均流速: 633.154ml/min

累计流量与天平误差: -1739.852ml(g)

误差百分比: -72.190% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:36:20 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3472.700g

标准流量计累计流量: 785.311ml

标准流量计最后流速: 785.361ml/min

标准流量计平均流速: 747.941ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 784.210ml

1#流量计最后流速: 784.260ml/min
1#流量计平均流速: 747.374ml/min
累计流量与天平误差: -2688.490ml(g)
误差百分比: -77.418% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:36:41 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4133.900g
标准流量计累计流量: 840.364ml
标准流量计最后流速: 840.414ml/min
标准流量计平均流速: 832.707ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 839.814ml
1#流量计最后流速: 839.864ml/min
1#流量计平均流速: 832.156ml/min
累计流量与天平误差: -3294.086ml(g)
误差百分比: -79.685% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:36:59 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5009.700g
标准流量计累计流量: 906.979ml
标准流量计最后流速: 907.029ml/min
标准流量计平均流速: 899.322ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 906.429ml
1#流量计最后流速: 906.479ml/min
1#流量计平均流速: 898.771ml/min
累计流量与天平误差: -4103.271ml(g)
误差百分比: -81.907% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:37:20 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5832.200g
标准流量计累计流量: 963.685ml
标准流量计最后流速: 963.735ml/min
标准流量计平均流速: 956.027ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 963.134ml
1#流量计最后流速: 963.184ml/min
1#流量计平均流速: 955.477ml/min
累计流量与天平误差: -4869.066ml(g)
误差百分比: -83.486% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:37:38 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 6864.600g
标准流量计累计流量: 1029.199ml
标准流量计最后流速: 1029.249ml/min
标准流量计平均流速: 1021.541ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1028.648ml
1#流量计最后流速: 1028.698ml/min
1#流量计平均流速: 1020.991ml/min
累计流量与天平误差: -5835.952ml(g)
误差百分比: -85.015% 验证完成

结束