

报表生成时间: 2019-12-30 13:53:00

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 13:49:09 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 166.400g

标准流量计累计流量: 249.098ml

标准流量计最后流速: 249.148ml/min

标准流量计平均流速: 90.416ml/min

1#流量计累计流量: 248.548ml

1#流量计最后流速: 248.548ml/min

1#流量计平均流速: 211.631ml/min

累计流量与天平误差: 82.148ml(g)

误差百分比: 49.368% 标定读取失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:49:42 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 557.600g

标准流量计累计流量: 374.059ml

标准流量计最后流速: 374.109ml/min

标准流量计平均流速: 90.416ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 372.958ml

1#流量计最后流速: 372.958ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -184.642ml(g)

误差百分比: -33.114% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:50:15 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1118.600g

标准流量计累计流量: 488.021ml

标准流量计最后流速: 488.071ml/min

标准流量计平均流速: 90.416ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 487.470ml

1#流量计最后流速: 487.470ml/min

1#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -631.130ml(g)

误差百分比: -56.421% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:50:48 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1873.200g

标准流量计累计流量: 602.532ml

标准流量计最后流速: 602.582ml/min

标准流量计平均流速: 90.416ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 601.431ml

1#流量计最后流速: 601.431ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min

累计流量与天平误差: -1271.769ml(g)

误差百分比: -67.893% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:51:21 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2821.400g

标准流量计累计流量: 716.494ml

标准流量计最后流速: 716.544ml/min

标准流量计平均流速: 90.416ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 715.943ml

1#流量计最后流速: 715.943ml/min

1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -2105.457ml(g)
误差百分比: -74.625% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 13:51:59 用时: 16s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 3991.400g
标准流量计累计流量: 834.308ml
标准流量计最后流速: 834.359ml/min
标准流量计平均流速: 90.416ml/min

1#流量计累计流量: 833.758ml
1#流量计最后流速: 833.758ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3157.642ml(g)
误差百分比: -79.111% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:52:17 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4883.900g
标准流量计累计流量: 903.126ml
标准流量计最后流速: 903.176ml/min
标准流量计平均流速: 2893.302ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 902.575ml
1#流量计最后流速: 902.575ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3981.325ml(g)
误差百分比: -81.519% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 13:52:38 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5662.700g
标准流量计累计流量: 959.831ml
标准流量计最后流速: 959.881ml/min
标准流量计平均流速: 2893.302ml/min

1#流量计累计流量: 959.280ml
1#流量计最后流速: 959.280ml/min
1#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -4703.420ml(g)
误差百分比: -83.060% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 13:52:56 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 6644.100g
标准流量计累计流量: 1025.895ml
标准流量计最后流速: 1025.945ml/min
标准流量计平均流速: 2893.302ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1024.794ml
1#流量计最后流速: 1024.794ml/min
1#流量计平均流速: 0.000ml/min
累计流量与天平误差: -5619.306ml(g)
误差百分比: -84.576% 验证完成

结束