

报表生成时间: 2019-12-31 15:55:59

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-31 15:55:32 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2821.400g

标准流量计累计流量: 733.560ml

标准流量计最后流速: 733.610ml/min

标准流量计平均流速: 696.655ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 733.010ml

1#流量计最后流速: 733.060ml/min

1#流量计平均流速: 696.070ml/min

累计流量与天平误差: -2088.390ml(g)

误差百分比: -74.020% 标定写入失败!

结束