

报表生成时间: 2019-12-30 14:11:07

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 14:07:19 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 202.700g

标准流量计累计流量: 260.649ml

标准流量计最后流速: 260.699ml/min

标准流量计平均流速: 92.428ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 260.098ml

1#流量计最后流速: 260.148ml/min

1#流量计平均流速: 223.055ml/min

累计流量与天平误差: 57.398ml(g)

误差百分比: 28.317% 标定读取失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:07:52 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 622.700g

标准流量计累计流量: 385.070ml

标准流量计最后流速: 385.120ml/min

标准流量计平均流速: 92.428ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 384.520ml

1#流量计最后流速: 384.570ml/min

1#流量计平均流速: 347.546ml/min

累计流量与天平误差: -238.180ml(g)

误差百分比: -38.250% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:08:25 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1210.100g

标准流量计累计流量: 499.582ml

标准流量计最后流速: 499.632ml/min

标准流量计平均流速: 92.428ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 499.031ml

1#流量计最后流速: 499.081ml/min

1#流量计平均流速: 461.765ml/min

累计流量与天平误差: -711.069ml(g)

误差百分比: -58.761% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:08:58 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1991.100g

标准流量计累计流量: 613.543ml

标准流量计最后流速: 613.593ml/min

标准流量计平均流速: 92.428ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 612.993ml

1#流量计最后流速: 613.043ml/min

1#流量计平均流速: 575.950ml/min

累计流量与天平误差: -1378.107ml(g)

误差百分比: -69.213% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:09:31 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2965.700g

标准流量计累计流量: 728.055ml

标准流量计最后流速: 728.105ml/min

标准流量计平均流速: 92.428ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 727.504ml

1#流量计最后流速: 727.554ml/min
1#流量计平均流速: 690.187ml/min
累计流量与天平误差: -2238.196ml(g)
误差百分比: -75.469% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:10:06 用时: 15s

标准流量计Reset失败!
天平称重: 4105.200g
标准流量计累计流量: 838.162ml
标准流量计最后流速: 838.212ml/min
标准流量计平均流速: 98.590ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 837.612ml
1#流量计最后流速: 837.662ml/min
1#流量计平均流速: 802.482ml/min
累计流量与天平误差: -3267.588ml(g)
误差百分比: -79.596% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:10:24 用时: 1s

标准流量计Reset失败!
天平称重: 4946.600g
标准流量计累计流量: 903.126ml
标准流量计最后流速: 903.176ml/min
标准流量计平均流速: 2957.697ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 902.575ml
1#流量计最后流速: 902.625ml/min
1#流量计平均流速: 894.918ml/min
累计流量与天平误差: -4044.025ml(g)
误差百分比: -81.754% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:10:45 用时: 1s

标准流量计Reset失败!
天平称重: 5730.200g
标准流量计累计流量: 959.831ml
标准流量计最后流速: 959.881ml/min
标准流量计平均流速: 2957.697ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 959.280ml
1#流量计最后流速: 959.330ml/min
1#流量计平均流速: 951.623ml/min
累计流量与天平误差: -4770.920ml(g)
误差百分比: -83.259% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:11:03 用时: 1s

标准流量计Reset失败!
天平称重: 6717.200g
标准流量计累计流量: 1025.345ml
标准流量计最后流速: 1025.395ml/min
标准流量计平均流速: 2957.697ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1024.794ml
1#流量计最后流速: 1024.844ml/min
1#流量计平均流速: 1017.137ml/min
累计流量与天平误差: -5692.406ml(g)
误差百分比: -84.744% 验证完成

结束