

报表生成时间: 2019-12-20 11:20:51
型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(1)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:20:47 用时: 1s
天平称重: 4698.200g
标准流量计累计流量: 950.472ml
标准流量计最后流速: 950.512ml/min
标准流量计平均流速: nanml/min

1#流量计累计流量: 951.022ml
1#流量计最后流速: 951.022ml/min
1#流量计平均流速: nanml/min
累计流量与天平误差: -3747.178ml(g)
误差百分比: -79.758% 已验证完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-20 11:17:40 用时: 16s
天平称重: 133.700g
标准流量计累计流量: 242.502ml
标准流量计最后流速: 242.542ml/min
标准流量计平均流速: 205.179ml/min

1#流量计累计流量: 240.853ml
1#流量计最后流速: 240.853ml/min
1#流量计平均流速: 203.874ml/min
累计流量与天平误差: 107.153ml(g)
误差百分比: 80.144% 已标定完成

第(3)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:18:07 用时: 16s
天平称重: 383.900g
标准流量计累计流量: 342.679ml
标准流量计最后流速: 342.719ml/min
标准流量计平均流速: 297.704ml/min

1#流量计累计流量: 341.578ml
1#流量计最后流速: 341.578ml/min
1#流量计平均流速: 305.902ml/min
累计流量与天平误差: -42.322ml(g)
误差百分比: -11.024% 已验证完成

第(4)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:18:35 用时: 16s
天平称重: 776.100g
标准流量计累计流量: 448.932ml
标准流量计最后流速: 448.973ml/min
标准流量计平均流速: 408.740ml/min

1#流量计累计流量: 447.831ml
1#流量计最后流速: 447.831ml/min
1#流量计平均流速: 407.459ml/min
累计流量与天平误差: -328.269ml(g)
误差百分比: -42.297% 已验证完成

第(5)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:19:02 用时: 16s
天平称重: 1305.200g
标准流量计累计流量: 551.883ml
标准流量计最后流速: 551.923ml/min
标准流量计平均流速: 499.354ml/min

1#流量计累计流量: 550.782ml
1#流量计最后流速: 550.782ml/min
1#流量计平均流速: 513.609ml/min
累计流量与天平误差: -754.418ml(g)
误差百分比: -57.801% 已验证完成

第(6)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:19:29 用时: 16s
天平称重: 1971.200g
标准流量计累计流量: 654.833ml
标准流量计最后流速: 654.873ml/min
标准流量计平均流速: 617.781ml/min

1#流量计累计流量: 653.732ml
1#流量计最后流速: 653.732ml/min
1#流量计平均流速: 616.525ml/min
累计流量与天平误差: -1317.468ml(g)
误差百分比: -66.836% 已验证完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-20 11:19:56 用时: 16s
天平称重: 2774.100g
标准流量计累计流量: 757.784ml
标准流量计最后流速: 757.824ml/min
标准流量计平均流速: 720.697ml/min

1#流量计累计流量: 756.683ml
1#流量计最后流速: 756.683ml/min
1#流量计平均流速: 719.424ml/min
累计流量与天平误差: -2017.417ml(g)
误差百分比: -72.723% 已修正完成

第(8)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:20:23 用时: 16s
天平称重: 3713.900g
标准流量计累计流量: 860.734ml
标准流量计最后流速: 860.774ml/min
标准流量计平均流速: 823.579ml/min

1#流量计累计流量: 859.633ml
1#流量计最后流速: 859.633ml/min
1#流量计平均流速: 822.323ml/min
累计流量与天平误差: -2854.267ml(g)
误差百分比: -76.854% 已验证完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-20 11:20:35 用时: 1s
天平称重: 4191.600g
标准流量计累计流量: 904.777ml
标准流量计最后流速: 904.817ml/min
标准流量计平均流速: 897.110ml/min

1#流量计累计流量: 903.126ml
1#流量计最后流速: 903.126ml/min
1#流量计平均流速: 895.458ml/min
累计流量与天平误差: -3288.474ml(g)
误差百分比: -78.454% 已修正完成

结束