

报表生成时间: 2019-12-31 16:34:36

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-31 16:34:02 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 190.200g

标准流量计累计流量: 256.245ml

标准流量计最后流速: 256.295ml/min

标准流量计平均流速: 219.155ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 255.145ml

1#流量计最后流速: 255.195ml/min

1#流量计平均流速: 217.884ml/min

累计流量与天平误差: 64.945ml(g)

误差百分比: 34.145% 标定写入失败!

结束