

报表生成时间: 2019-12-30 14:24:21

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-30 14:20:36 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 196.400g

标准流量计累计流量: 256.795ml

标准流量计最后流速: 256.845ml/min

标准流量计平均流速: 219.808ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 256.245ml

1#流量计最后流速: 256.295ml/min

1#流量计平均流速: 219.241ml/min

累计流量与天平误差: 59.845ml(g)

误差百分比: 30.471% 标定读取失败!

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:21:09 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 622.700g

标准流量计累计流量: 381.216ml

标准流量计最后流速: 381.266ml/min

标准流量计平均流速: 344.329ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 380.666ml

1#流量计最后流速: 380.716ml/min

1#流量计平均流速: 343.744ml/min

累计流量与天平误差: -242.034ml(g)

误差百分比: -38.868% 验证完成

第(3)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:21:42 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 1225.700g

标准流量计累计流量: 495.728ml

标准流量计最后流速: 495.778ml/min

标准流量计平均流速: 458.531ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 495.178ml

1#流量计最后流速: 495.228ml/min

1#流量计平均流速: 457.963ml/min

累计流量与天平误差: -730.522ml(g)

误差百分比: -59.600% 验证完成

第(4)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:22:15 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 2031.200g

标准流量计累计流量: 609.689ml

标准流量计最后流速: 609.739ml/min

标准流量计平均流速: 572.750ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 609.139ml

1#流量计最后流速: 609.189ml/min

1#流量计平均流速: 572.148ml/min

累计流量与天平误差: -1422.061ml(g)

误差百分比: -70.011% 验证完成

第(5)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:22:48 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3039.200g

标准流量计累计流量: 724.201ml

标准流量计最后流速: 724.251ml/min

标准流量计平均流速: 686.969ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 723.651ml

1#流量计最后流速: 723.701ml/min
1#流量计平均流速: 686.402ml/min
累计流量与天平误差: -2315.549ml (g)
误差百分比: -76.189% 验证完成

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:23:20 用时: 11s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4076.600g
标准流量计累计流量: 822.197ml
标准流量计最后流速: 822.247ml/min
标准流量计平均流速: 794.344ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 821.096ml
1#流量计最后流速: 821.146ml/min
1#流量计平均流速: 793.769ml/min
累计流量与天平误差: -3255.504ml (g)
误差百分比: -79.858% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:23:38 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 4946.600g
标准流量计累计流量: 886.609ml
标准流量计最后流速: 886.660ml/min
标准流量计平均流速: 878.952ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 885.508ml
1#流量计最后流速: 885.558ml/min
1#流量计平均流速: 878.401ml/min
累计流量与天平误差: -4061.092ml (g)
误差百分比: -82.099% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-30 14:23:59 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 5764.100g
标准流量计累计流量: 942.764ml
标准流量计最后流速: 942.814ml/min
标准流量计平均流速: 935.107ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 942.214ml
1#流量计最后流速: 942.264ml/min
1#流量计平均流速: 934.556ml/min
累计流量与天平误差: -4821.886ml (g)
误差百分比: -83.654% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-30 14:24:17 用时: 1s
标准流量计Reset失败!
天平称重: 6790.700g
标准流量计累计流量: 1008.829ml
标准流量计最后流速: 1008.879ml/min
标准流量计平均流速: 1001.171ml/min

1#流量计Reset失败!
1#流量计累计流量: 1007.728ml
1#流量计最后流速: 1007.778ml/min
1#流量计平均流速: 1000.621ml/min
累计流量与天平误差: -5782.972ml (g)
误差百分比: -85.160% 验证完成

结束