

报表生成时间: 2019-12-20 11:26:16  
型号: XY\_DD\_1 量程: 2000ml/min 水温: 25° C

第(1)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:26:12 用时: 1s  
天平称重: 28088.600g  
标准流量计累计流量: 2187.529ml  
标准流量计最后流速: 2187.569ml/min  
标准流量计平均流速: nanml/min

1#流量计累计流量: 2188.079ml  
1#流量计最后流速: 2188.079ml/min  
1#流量计平均流速: nanml/min  
累计流量与天平误差: -25900.521ml (g)  
误差百分比: -92.210% 已验证完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-20 11:24:36 用时: 1s  
天平称重: 18820.200g  
标准流量计累计流量: 1821.422ml  
标准流量计最后流速: 1821.462ml/min  
标准流量计平均流速: 1813.754ml/min

1#流量计累计流量: 1821.972ml  
1#流量计最后流速: 1821.972ml/min  
1#流量计平均流速: 1812.653ml/min  
累计流量与天平误差: -16998.228ml (g)  
误差百分比: -90.319% 已标定完成

第(3)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:24:48 用时: 1s  
天平称重: 19877.600g  
标准流量计累计流量: 1867.116ml  
标准流量计最后流速: 1867.156ml/min  
标准流量计平均流速: 1859.449ml/min

1#流量计累计流量: 1867.667ml  
1#流量计最后流速: 1867.667ml/min  
1#流量计平均流速: 1858.348ml/min  
累计流量与天平误差: -18009.933ml (g)  
误差百分比: -90.604% 已验证完成

第(4)步 80%量程(1600.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:25:00 用时: 1s  
天平称重: 20963.900g  
标准流量计累计流量: 1913.912ml  
标准流量计最后流速: 1913.952ml/min  
标准流量计平均流速: 1905.694ml/min

1#流量计累计流量: 1913.361ml  
1#流量计最后流速: 1913.361ml/min  
1#流量计平均流速: 1904.042ml/min  
累计流量与天平误差: -19050.539ml (g)  
误差百分比: -90.873% 已验证完成

第(5)步 60%量程(1200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:25:12 用时: 1s  
天平称重: 22079.100g  
标准流量计累计流量: 1959.606ml  
标准流量计最后流速: 1959.646ml/min  
标准流量计平均流速: 1951.388ml/min

1#流量计累计流量: 1959.056ml  
1#流量计最后流速: 1959.056ml/min  
1#流量计平均流速: 1949.737ml/min  
累计流量与天平误差: -20120.044ml (g)  
误差百分比: -91.127% 已验证完成

第(6)步 40%量程(800.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:25:24 用时: 1s  
天平称重: 23223.200g  
标准流量计累计流量: 2004.750ml  
标准流量计最后流速: 2004.790ml/min  
标准流量计平均流速: 1997.083ml/min

1#流量计累计流量: 2005.301ml  
1#流量计最后流速: 2005.301ml/min  
1#流量计平均流速: 1995.431ml/min  
累计流量与天平误差: -21217.899ml (g)  
误差百分比: -91.365% 已验证完成

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-20 11:25:36 用时: 1s  
天平称重: 24396.200g  
标准流量计累计流量: 2050.445ml  
标准流量计最后流速: 2050.485ml/min  
标准流量计平均流速: 2042.777ml/min

1#流量计累计流量: 2050.995ml  
1#流量计最后流速: 2050.995ml/min  
1#流量计平均流速: 2041.126ml/min  
累计流量与天平误差: -22345.205ml (g)  
误差百分比: -91.593% 已修正完成

第(8)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-20 11:25:48 用时: 1s  
天平称重: 25598.100g  
标准流量计累计流量: 2096.139ml  
标准流量计最后流速: 2096.179ml/min  
标准流量计平均流速: 2088.472ml/min

1#流量计累计流量: 2096.690ml  
1#流量计最后流速: 2096.690ml/min  
1#流量计平均流速: 2086.820ml/min  
累计流量与天平误差: -23501.410ml (g)  
误差百分比: -91.809% 已验证完成

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-20 11:26:00 用时: 1s  
天平称重: 26828.900g  
标准流量计累计流量: 2141.834ml  
标准流量计最后流速: 2141.874ml/min  
标准流量计平均流速: 2134.167ml/min

1#流量计累计流量: 2142.385ml  
1#流量计最后流速: 2142.385ml/min  
1#流量计平均流速: 2132.515ml/min  
累计流量与天平误差: -24686.515ml (g)  
误差百分比: -92.015% 已修正完成

结束