

报表生成时间: 2019-12-27 13:10:44

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共3步

第(1)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 标定 时间: 2019-12-27 13:09:55 用时: 16s

天平称重: 95.700g

标准流量计累计流量: 231.508ml

标准流量计最后流速: 231.558ml/min

标准流量计平均流速: 14.406ml/min

1#流量计累计流量: 230.958ml

1#流量计最后流速: 230.958ml/min

1#流量计平均流速: 193.938ml/min

累计流量与天平误差: 135.258ml(g)

误差百分比: 141.335% 已标定完成

第(2)步 100%量程(2000.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-27 13:10:30 用时: 16s

天平称重: 419.700g

标准流量计累计流量: 360.296ml

标准流量计最后流速: 360.346ml/min

标准流量计平均流速: 14.406ml/min

1#流量计累计流量: 359.745ml

1#流量计最后流速: 359.745ml/min

2#流量计平均流速: 0.000ml/min

累计流量与天平误差: -59.955ml(g)

误差百分比: -14.285% 已验证完成

结束