

报表生成时间: 2019-12-31 13:02:20

型号: XY_DD_1 量程: 2000ml/min

水温: 25° C 共9步

第(6)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-31 13:01:11 用时: 16s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 3499.100g

标准流量计累计流量: 766.042ml

标准流量计最后流速: 766.092ml/min

标准流量计平均流速: 728.965ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 765.491ml

1#流量计最后流速: 765.541ml/min

1#流量计平均流速: 728.397ml/min

累计流量与天平误差: -2733.609ml(g)

误差百分比: -78.123% 修正写入失败!

第(7)步 20%量程(400.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 13:01:31 用时: 1s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 4486.100g

标准流量计累计流量: 846.971ml

标准流量计最后流速: 847.021ml/min

标准流量计平均流速: 839.313ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 845.870ml

1#流量计最后流速: 845.920ml/min

1#流量计平均流速: 838.763ml/min

累计流量与天平误差: -3640.230ml(g)

误差百分比: -81.145% 验证完成

第(8)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 修正 时间: 2019-12-31 13:01:57 用时: 1s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 5298.600g

标准流量计累计流量: 904.227ml

标准流量计最后流速: 904.277ml/min

标准流量计平均流速: 896.569ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 903.126ml

1#流量计最后流速: 903.176ml/min

1#流量计平均流速: 895.468ml/min

累计流量与天平误差: -4395.474ml(g)

误差百分比: -82.955% 修正写入失败!

第(9)步 10%量程(200.000ml/min) 正向 验证 时间: 2019-12-31 13:02:16 用时: 1s

标准流量计Reset失败!

天平称重: 6499.100g

标准流量计累计流量: 982.953ml

标准流量计最后流速: 983.004ml/min

标准流量计平均流速: 975.296ml/min

1#流量计Reset失败!

1#流量计累计流量: 981.852ml

1#流量计最后流速: 981.902ml/min

1#流量计平均流速: 974.195ml/min

累计流量与天平误差: -5517.248ml(g)

误差百分比: -84.892% 验证完成

结束